

画像診断1部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	保守の内容	責任者	2020年度計画	2020年度実施日	2021年度計画	2021年度実施日	その他	
中診療A	1階	第1撮影室	CT検査(単射・3D等)	キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion Prime SP R1	CTスキャナ Aquilion Prime SP TSX-303B	37618010	全身用X線CT診断装置	3AB1812038	2018.1	定期点検(年2回)	石橋	7月, 1月	7/9, 1/7	7月, 1月			
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R1	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40013	2018.1.12	定期点検(年1回)	石橋	8月	7/9	7月			
				富士フイルム	SYNAPSE VINCENT フラアト R1	富士画像診断ワークステーション FN-7941型	70030000	汎用画像診断ワークステーション	37221681		定期点検(年1回)	石橋	2月	2/22	2月			
	第2撮影室	単純撮影(骨一般)	富士フイルム	DR BENE0-Fx R2	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENE0-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A94A1005	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/12	1月				
			富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R2	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96720888	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/12	1月				
			富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R2	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96720889	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/12	1月				
			富士フイルム	CALNEO Smart C47 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96954245	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/12	1月				
			富士フイルム	CALNEO Smart C12 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96951323	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/12	1月				
			富士フイルム	CALNEO GL1 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1300	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	97020346	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/12	1月				
	第3撮影室	単純撮影(骨一般)	富士フイルム	DR BENE0-Fx R3	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENE0-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A94A1001	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/11	1月				
			富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R3	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96720880	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/11	1月				
			富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R3	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96720881	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/11	1月				
			富士フイルム	CALNEO Smart C47 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96954236	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/11	1月				
			富士フイルム	CALNEO Smart C12 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96951313	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/11	1月				
			富士フイルム	CALNEO GL1 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1300	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	97020343	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/11	1月				
	画像処理室	ドライイメージャ	富士フイルム	DRYPiX7000	富士メディカルドライイメージャ DRYPiX7000	70036000	画像診断用イメージャ	57133989	2006.4.1	自主点検	石橋	3月	3/30	3月				
			オムロン	ORS-H211Y	NEO80シャカステン	36488000	モニターなし画像診断用観察装置	5006209-10	2006.4.1	自主点検	石橋	3月	3/30	3月				
	第7撮影室	頭部領域撮影	島津製作所	RADspeed Pro R7	据置型デジタル式汎用X線診断装置 RADspeed Pro	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	41F1363B2011	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			コニカミルタ	AeroDR fine 1717HD 全2 R7	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A8CF-05290	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			コニカミルタ	AeroDR fine 1717HD 全3 R7	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A8CF-05291	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			コニカミルタ	CS-7H R7	画像診断ワークステーション CS-7	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	ACEF-00081	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			コニカミルタ	KINOSIS 1	画像診断ワークステーション コニカミルタ DI-X1	40935000	X線画像診断装置ワークステーション	ACDV-00055	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			コニカミルタ	KINOSIS 2	画像診断ワークステーション コニカミルタ DI-X1	40935000	X線画像診断装置ワークステーション	ACDV-00056	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			モリタ製作所	ペラビュー X800 R7	ペラビュー X800	70006000	アーム型X線CT診断装置	X8117000144	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			モリタ製作所	アイエックス R7	アイエックス	37667000	デジタル式口外汎用歯科X線診断装置	V580K000415	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			モリタ製作所	ディゴラ オプティメ II R7	ディゴラ オプティメ II	70023000	コンピュータラジオグラフィ	SJ2054491	2021.3.08	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月				
			移動型撮影(ホータブル)	コニカミルタ	CS-7 Portable R7	画像診断ワークステーション CS-7	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	A4TF-51998	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月			
				コニカミルタ	AeroDR fine 1717HD 全4 R7	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A8CF-05299	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月			
				コニカミルタ	AeroDR fine 1012HD 四7 R7	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A8CG-05153	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	3/9	3月			
			第8撮影室	単純撮影(胸腹部)	富士フイルム	DR BENE0-Fx R8	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENE0-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A949B002	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	10月	12/21	12月		
					富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R8	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96620855	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	10月	12/21	12月		
					富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R8	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96620856	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	10月	12/21	12月		
	富士フイルム	CALNEO Smart C47 R8			デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96854149	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	10月	12/21	12月				
	第9撮影室	単純撮影(胸腹部)	富士フイルム	CALNEO Smart C12 R8	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96951291	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	10月	12/21	12月				
			富士フイルム	DR BENE0-Fx R9	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENE0-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A949C002	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/5	1月				
			富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R9	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96620858	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/5	1月				
			富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R9	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96620859	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/5	1月				
	第10撮影室	移動型撮影(ホータブル)	富士フイルム	CALNEO Smart C47 R9	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96954225	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/5	1月				
			富士フイルム	CALNEO Smart C12 R9	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96951302	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/5	1月				
			日立製作所	シウスイ30HP 9号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シウスイ30Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SK12529101	2011.1.21	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/5	1月				
			日立製作所	シウスイ30HP 10号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シウスイ30Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SK12529102	2011.1.21	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/5	1月				
	第11撮影室	泌尿器科透視	日立製作所	DHF-155H II	医用X線高電圧装置 DHF-155H (D)	37604010	据置型診断用X線発生装置	KC18642504	2006.3.29	スポット点検	石橋	10月	12/20	12月		保守部品保有期間終了		
			日立製作所	DR-2000F	日立フラットパネルデジタルラジオグラフィ装置 DR-2000F	70025000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	KC18622602	2006.3.29	スポット点検	石橋	10月	12/20	12月		保守部品保有期間終了		
	救急外来	移動型撮影(ホータブル)	日立製作所	Tiara F1号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB20005317	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/27	1月				
			富士フイルム	CALNEO Smart C47 F1	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	76951660	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/27	1月				
	4階	NICU/GCU	移動型撮影(ホータブル)	富士フイルム	CALNEO Smart C12 F1	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	76950441	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/27	1月			
				島津製作所	MobileDart K3号機	回線用X線撮影装置 MobileDart Evolution	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	MQ00018B2006	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	2/25	9月, 3月			
コニカミルタ				AeroDR fine 1012HD 四5 K3	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A8CG-05151	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	2/25	2月				
OrthoScan TAU1515				オースキャンFD	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	5P0300	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	5P0300	2021.2.19	定期点検(年1回)	石橋	10月	6/3 (2022)	3月				
GEヘルスケア				OEC 9900 Elite	OEC 9900 シリーズ	37646010	移動型デジタル式汎用X線透視診断装置	ES-2861	2013.10	定期点検(年1回)	石橋	3月	1/24	1月				
フィリップス・ジャパン				Veradius Unity 11号機	ペラディウス	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	504	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	10月	10/4	10月				
フィリップス・ジャパン				Zenitron 13号機	Zenitron	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	383	2020.3.24	定期点検(年1回)	石橋	2月	1/31	1月				
日立製作所				Tiara-k K1号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10054017	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	11月	10/28	10月				
コニカミルタ				AeroDR fine 1417HD 半1 K1	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A8CE-00368	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	11月	10/28	10月				
コニカミルタ				AeroDR 1012HQ 四1 K1	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A5TD-51940	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	11月	10/28	10月				
画像読取装置	富士フイルム	FCR XG-1 RU	富士コンピュータラジオグラフィ CR-IR 346 型	70023000	コンピュータラジオグラフィ	56934946	2005.12.25	定期点検(年2回)	石橋	2月	2/22	2月						
	富士フイルム	CR-Console Lite		-	-	57022786	2006.4.1	点検なし	石橋	-	-	-						
	富士フイルム	DRYPiX4000	富士メディカルドライイメージャ DRYPiX4000	70036000	画像診断用イメージャ	66122092	2006.1	自主点検	石橋	3月	3/30	3月						
	第5手術室	オペ室MRI	日立製作所	APERTO OR5	日立MRイメージング装置 Aperoシリーズ	37652000	永久磁石式全身用MR装置	N1N015-NP34-1		定期点検(年3回)	石橋	7月, 11月, 3月	7/3, 11/6, 3/10	7月, 11月, 3月	6/25			
			日立製作所	Tiara F2号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB20005417	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/27	1月				
	6階	GHCU	移動型撮影(ホータブル)	富士フイルム	CALNEO Smart C47 F2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	76951661	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/27	1月			
富士フイルム				CALNEO Smart C12 F2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	76950442	2018.1	定期点検(年1回)	石橋	1月	1/27	1月				
富士フイルム				CALNEO AQRO	富士フイルム DR-XD 1000	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	96650845	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	2月	1/27	1月				
EMICU			移動型撮影(ホータブル)	富士フイルム	CALNEO Smart C47 AQ	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96854150	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	2月	1/27	1月			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 AQ	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96951292	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	2月	1/27	1月			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 AQ	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	96951292	2020.2.27	定期点検(年1回)	石橋	2月	1/27	1月			
病棟	2階	ホータブル保管庫	日立製作所	Tiara-k K5号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10046321	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	2/24	2月				
			コニカミルタ	AeroDR fine 1417HD 半3 K5	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A8CE-05655	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	2/24	2月				
			コニカミルタ	AeroDR fine 1012HD 四2 K5	デジタルラジオグラフィ SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取型デジタルラジオグラフィ	A8CG-05146	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	2/24	2月				
			日立製作所	Tiara-k K6号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10101020	2021.2.27	定期点検(年1回)	石橋	3月	2/22</					

画像診断 II 部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	保守の内容	責任者	2020年度計画	2020年度実施日	2021年度計画	2021年度実施日	その他		
中診棟A	1階	第4撮影室	乳房撮影	富士フィルム	AMULET Innovality R4	デジタル式乳房用X線診断装置 FDR MS-3500	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	46220101	2014.3.30	定期点検 (年2回)	阿知波	9月, 3月	9/28, 3/8	9月, 3月				
			乳房生検	ホロシックジャパン	Affirm R4	乳房バイオプシー装置 Affirm Prone Biopsy System	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	APB1100914	2021.3	定期点検 (年2回)	阿知波	8月, 3月	8/30, 3/29	8月, 3月				
				デュロメディカル	マンモトーム リボルブシステム	マンモトーム リボルブシステム	70457000	吸引式組織生検用針向け装置		MSCM1002225	2021.3	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	4/27	3月			
				オリオ電機	マンモシャカステン	マンモシャカステン (4M42型)	36488000	モーターなし画像診断用観察装置		CO60217-01	2006.3.30	自主点検 (年1回)	阿知波	12月	11/9	9月			
		第5撮影室	超音波検査	日立製作所	Ascendus R5	デジタル超音波診断装置 HI VISION Ascendus	40761000	汎用超音波画像診断装置	KE10928301	2014.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	1/18	3月				
		第6撮影室	超音波検査	日立製作所	Ascendus R6	デジタル超音波診断装置 HI VISION Ascendus	40761000	汎用超音波画像診断装置	KE10928305	2014.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	1/18	3月				
		第4撮影室	乳房検査読影システム	フィリップス・ジャパン	マイクロドーズマンモグラフィ SI R6	Philips マイクロドーズマンモグラフィ	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	900058-10	2014.3.30	定期点検 (年2回)	阿知波	8月, 2月	8/16-17, 2/7-8	8月, 2月				
		第5撮影室	乳房検査読影システム	クライメディカルシステムズ	mammary R4	画像診断ワークステーションCIF-392	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	CIF392A40372	2022.04.01	定期点検 (年1回)	阿知波	-	-	-	-	20220401更新		
		第6撮影室	乳房検査読影システム	クライメディカルシステムズ	mammary R5	画像診断ワークステーションCIF-391 Infinet	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	6XRTP02	2014.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/24-25					
		放射線科医局	乳房検査読影システム	クライメディカルシステムズ	mammary R6	画像診断ワークステーションCIF-391 Infinet	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	H1RSC02	2014.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/24-25					
		第1外科医局	乳房検査読影システム	クライメディカルシステムズ	mammary 放射線科	画像診断ワークステーションCIF-391 Infinet	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	40XRPO2	2014.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/24-25					
		サバー室	乳房検査読影システム	クライメディカルシステムズ	mammary サバー	画像診断ワークステーションCIF-392	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	F120WM3	2022.04.01	定期点検 (年1回)	阿知波	-	-	-	-	20220401更新		
	第12撮影室	一般造影 (消化管、肝・胆・脾等)	日立製作所	CUREVISTA R12	汎用X線透視診断装置 CUREVISTA	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	GE00174119	2019.9.27	定期点検 (年4回)	阿知波	6月, 9月, 12月, 3月	6/17, 9/16, 12/23, 3/29	6月, 9月, 12月, 3月	6/28				
	第13撮影室	一般造影 (消化管、肝・胆・脾等)	キヤンメディカルシステムズ	Ultimax-i DREX-UI80/09 R13	多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	09B1782007	2017.8.20	定期点検 (年2回)	阿知波	7月, 1月	7/13, 1/25	7月, 1月	7/12				
	第14撮影室	一般造影 (消化管、肝・胆・脾等)	島津製作所	SONIALVISION G4 R14	X線テレビシステム SONIALVISION G4	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	41C350797004	2019.9.27	定期点検 (年2回)	阿知波	9月, 3月	9/7	9月, 3月					
	第15撮影室	骨密度測定 (腰椎、大腿骨、全身)	東洋メテック	Discovery A R15	骨密度測定装置 Discovery A R15	37661020	二重エネルギーX線骨密度測定装置	87864	2014.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/28	3月					
	第16撮影室	一般造影 (消化管、肝・胆・脾等)	キヤンメディカルシステムズ	Ultimax-i DREX-UI80/05 R16	多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	05C1242304	2014.2.27	定期点検 (年2回)	阿知波	7月, 1月	7/27, 1/18	7月, 1月	7/26				
	器材室1	一般造影検査穿利用エコー	富士フィルム	SonoSite iViz シリーズ	SonoSite iViz シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	Q4ZQNH	2019.2.8	自主点検 (年1回)	阿知波	2月	9/16	9月					
		一般造影検査穿利用エコー	富士フィルム	SonoSite S II シリーズ	SonoSite S II シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	04LXYP	2019.8.29	自主点検 (年1回)	阿知波	9月	9/16	9月					
		一般造影検査穿利用エコー	日立製作所	ARIETTA 60	超音波診断装置 ARIETTA 60	40761000	汎用超音波画像診断装置	G3021185	2019.9.2	自主点検 (年1回)	阿知波	9月	9/16	9月					
		CT検査 (単純・造影・3D等)	シーメンスヘルスカア	SOMATOM Definition Flash R17	SOMATOM デフィニション フラッシュ	37618010	全身用X線CT診断装置	73868	2014.3.30	定期点検 (年2回)	阿知波	7月, 1月	7/12, 1/12	7月, 1月					
			根本杏林堂	デュアルショット GX7 R17	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA00667	2014.2.14	定期点検 (年1回)	阿知波	7月	7/12	7月					
		第18撮影室	CT検査 (単純・造影・3D等)	キヤンメディカルシステムズ	Aquilion One Vision R18	CTスキャナ Aquilion One TSX-301C	37618010	全身用X線CT診断装置	3A413Z2016	2014.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	4月, 7月, 10月, 1月	4/16, 7/14, 10/13, 1/24	4月, 7月, 10月, 1月	4/16			
			根本杏林堂	デュアルショット GX7 R18	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA00663	2014.01.17	定期点検 (年1回)	阿知波	7月	7/14	7月					
第19撮影室		CT検査 (単純・造影・3D等)	キヤンメディカルシステムズ	Aquilion Precision R19	CTスキャナ Aquilion Precision TSX-304A	37618010	全身用X線CT診断装置	1AC19X2015	2019.11.13	定期点検 (年2回)	阿知波	8月, 2月	8/26, 2/17	9月, 2月					
		根本杏林堂	デュアルショット GX7 R19	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40561	2019.10.29	定期点検 (年1回)	阿知波	2月	2/17	2月						
サバー室		CT検査 (3D)	ザイオソフト	ザイオステーション2 PLUS	ザイオステーション2 PLUS	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	ZP140161A	2014.3.27	定期点検 (年1回)	阿知波	7月	8/25	4月	4/19				
		富士フィルム	SYNAPE VINSENT サバー	富士画像診断ワークステーション FN-7941型	70030000	汎用画像診断ワークステーション	37221656	2014.1.31	定期点検 (年1回)	阿知波	2月	2/22	2月						
第20撮影室		IVR-CT	キヤンメディカルシステムズ	AlphaX INFX-8000C R20	X線循環器診断システム Infix Ceve-i INFX-8000C	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	HH419Y2001	2019.12	定期点検 (年2回)	阿知波	6月, 12月	6/14, 12/13	6月, 12月	6/13				
	根本杏林堂	Aquilion One R20	CTスキャナ Aquilion ONE TSX-305A	37618010	全身用X線CT診断装置	5WC19Y2135	2019.12	定期点検 (年2回)	阿知波	6月, 12月	6/14, 12/13	6月, 12月	6/13						
	根本杏林堂	PRESS DUO elite R20	造影剤注入装置 PRESS DUO elite	40723000	多相電動式造影剤注入装置	EA00087G	2019.12.9	定期点検 (年1回)	阿知波	12月	12/13	12月							
	根本杏林堂	デュアルショット GX7 R20	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40566	2019.12.9	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	12/13	12月							
	富士フィルム	SonoSite S II シリーズ	SonoSite S II シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	04MCB9	2020.1.6	自主点検 (年1回)	阿知波	10月	10/1	10月							
	日本光電	臨床用ポグラフィ RMC-5000 R20	臨床用ポグラフィ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	00744	2019.12	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/14	3月							
第21撮影室	IVR-CT	シーメンスヘルスカア	AXIOM Artis Zee T R21	アーティス zee T	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	147811	2014.3.30	定期点検 (年2回)	阿知波	4月, 10月	4/19, 11/8	4月, 10月	4/18					
	シーメンスヘルスカア	Emotion R21	SOMATOM エモーション 16	37618010	全身用X線CT診断装置	86353	2014.3.30	定期点検 (年2回)	阿知波	4月, 10月	4/19, 11/8	4月, 10月	4/18						
	SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R21	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	290589	2014.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	10月	11/8	10月							
	富士フィルム	SonoSite NanoMaxx	SonoSite NanoMaxx シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	03VXR	2014.3.28	自主点検 (年1回)	阿知波	10月	10/1	10月							
	根本杏林堂	オートエンハンス A60 R21	オートエンハンス A60	40723000	多相電動式造影剤注入装置	AC62491	2003.1.27	定期点検 (年1回)	阿知波	10月	11/8	10月							
第22撮影室	心カテ	フィリップス・ジャパン	Azurion R22	血管造影X線診断装置 Azurion	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	72222518734843819	2021.03.10	定期点検 (年2回)	阿知波	9月, 3月	8/16, 3/14	9月, 3月						
	SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R22	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	0082	2021.03.10	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/14	3月							
	日本光電	臨床用ポグラフィ RMC-5000 R22	臨床用ポグラフィ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	10039	2021.03.10	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/14	3月							
第23撮影室	心カテ	島津製作所	Trinias BB R23	血管撮影システム Trinias	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	41EFFDBA1001	2020.03.02	定期点検 (年2回)	阿知波	9月, 3月	8/23, 3/7	9月, 3月						
	SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R23	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	0061	2020.03.02	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/7	3月							
	GE	LOGIQ Book XP	LOGIQ Book XP	40761000	汎用超音波画像診断装置	PU9002	2018.08	定期点検 (年1回)	阿知波	10月	10/1	10月							
	日本光電	臨床用ポグラフィ RMC-5000 R23	臨床用ポグラフィ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	00445	2018.08	定期点検 (年1回)	阿知波	3月	3/7	3月							
第24撮影室	血管撮影	シーメンスヘルスカア	AXIOM Artis Q twin R24	アーティス Q	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	112026	2014.3.30	定期点検 (年2回)	阿知波	6月, 11月, 3月	6/25, 11/26, 3/18	7月, 11月, 3月						
	SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R24	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	280568	2014.3.30	定期点検 (年2回)	阿知波	3月	11/26	3月							
	フィリップス・ジャパン	Volcano R24	ボルカーノ s5 イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	052-09127-001	2020.03.02	定期点検 (年1回)	阿知波	10月	1/17	10月							
倉庫3	血管撮影検査用エコー	日立製作所	ARIETTA 70	超音波診断装置 ARIETTA 70	40761000	汎用超音波画像診断装置	G3020002	2020.3.10	自主点検 (年1回)	阿知波	10月	10/1	10月						
	血管撮影検査用エコー	日立製作所	PROSOUND o7	超音波診断装置 PROSOUND o7	40761000	汎用超音波画像診断装置	X0091806	2020.3.10	自主点検 (年1回)	阿知波	10月	10/1	10月						
5階	第1手術室	Hybrid ORシステム	フィリップス・ジャパン	Allura Clarity FD20 OR1	インテグリス アルテラフラットデテクター	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	150	2014.5	定期点検 (年2回)	阿知波	9月, 3月	9/17, 3/11	9月, 3月					
			ACISTインジェクションシステム OR1	ACIST インジェクションシステム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	EP0016047	2014.5	定期点検 (年1回)	阿知波	9月	9/17	9月						
			MEDRAD	Provis MarkV OR1	メドラッド マークVプロビス インジェクター	40723000	多相電動式造影剤注入装置	102497/27307	2006.3.30	定期点検 (年1回)	阿知波	10月	9/17	9月					
			フィリップス・ジャパン	Volcano OR1	ボルカーノ s5 イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	1023-20406-001	2014.5	スボト点検	阿知波	3月	1/17	3月					
中診棟B	2階	透視室1 (光学診療部)	一般造影	キヤンメディカルシステムズ	Ultimax DREX-UI80/09 ED1	多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	09B17X2008	2018.1	定期点検 (年2回)	阿知波	9月, 3月	9/16, 3/15	9月, 3月				
	透視室2 (光学診療部)	一般造影	キヤンメディカルシステムズ	ZEXIRA DREX-ZX80/P7 ED2	デジタルX線TVシステム ZEXIRA DREX-ZX80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	P7B17Y2006	2018.1	定期点検 (年2回)	阿知波	9月, 3月	9/16, 3/15	9月, 3月					
5階	第21手術室	移動型X線透視・撮影	Medtronic	O-arm 2 OR21	O-arm イメージングシステム (ゲイプ)	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	C2575	2021.3	定期点検 (年1回)	阿知波	2月	2/21	2月					
第23手術室	Hybrid ORシステム	フィリップス・ジャパン	AlluraClarityFD20 OR23	インテグリス アルテラフラットデテクター	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	202	2018.1	定期点検 (年2回)	阿知波	4月, 10月	4/16, 10/8	4月, 10月	4/15					
	フィリップス・ジャパン	Volcano OR23	sSix イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	070-08169-001	2018.1	スボト点検	阿知波	3月	1/17	1月							
	SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Zモデル OR23	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	1535/923	2018.1	定期点検 (年1回)	阿知波	10月	10/8	10月							

M R I 検査部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2020年度計画	2020年度実施日	2021年度計画	2021年度実施日	その他	
中診棟A	2階	第1MR室	MRI検査	キヤノンメディカルシステムズ バイエル薬品	Vantage Centurian/ZGO R1 スベクトリス ソリス EP R1	MR装置 Vantage Galan 3T MRT-3020 スベクトリス ソリス インジエクション システム	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	39C1992005	2019.10	定期点検 (年2回)	櫻井	9月, 3月	9/9	9月, 3月			
							40723000	多相電動式造影剤注入装置	40263	2006.9.30	スボト点検	櫻井	未定	3/16	未定			
		第2MR室	MRI検査	シーメンスヘルスカア バイエル薬品	MAGNETOM Avato fit R2 スベクトリス ソリス EP R2	MAGNETOM アバト スベクトリス ソリス インジエクション システム	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	169933	2021.3.19	定期点検 (年4回)	櫻井	6月, 9月, 12月, 3月	6/14, 9/13, 12/10, 3/14	6月, 9月, 12月, 3月	6/13		
							40723000	多相電動式造影剤注入装置	40377	2006.9.30	スボト点検	櫻井	未定	9/13	未定			
		第3MR室	MRI検査	シーメンスヘルスカア バイエル薬品	MAGNETOM Prisma fit R3 スベクトリス ソリス EP R3	MAGNETOM プリズマ スベクトリス ソリス インジエクション システム	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	167054	2018.3.30	定期点検 (年4回)	櫻井	4月, 7月, 10月, 1月	4/8, 7/8, 10/14, 1/13	4月, 7月, 10月, 1月	4/14		
							40723000	多相電動式造影剤注入装置	40374	2006.9.30	スボト点検	櫻井	未定	11/25	未定			
		第4MR室	MRI検査	シーメンスヘルスカア バイエル薬品	MAGNETOM Skyra fit R4 スベクトリス ソリス EP R4	MAGNETOM スカイラ スベクトリス ソリス インジエクション システム	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	170096	2021.1.13	定期点検 (年4回)	櫻井	5月, 8月, 11月, 2月	5/27, 8/26, 11/25, 2/24	5月, 9月, 11月, 2月	5/26		
							40723000	多相電動式造影剤注入装置	40548	2006.9.30	スボト点検	櫻井	未定	11/25	未定			
		第5MR室	MRI検査	シーメンスヘルスカア バイエル薬品	MAGNETOM Aera R5 スベクトリス ソリス EP R5	MAGNETOM エア スベクトリス ソリス インジエクション システム	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	52035	2012.3.30	定期点検 (年4回)	櫻井	4月, 7月, 10月, 1月	4/28, 7/28, 10/27, 1/26	4月, 7月, 10月, 1月	4/27		
							40723000	多相電動式造影剤注入装置	47481	2012.3.30	スボト点検	櫻井	未定	9/30	未定			
		第6MR室	MRI検査	シーメンスヘルスカア バイエル薬品	MAGNETOM Skyra R6 スベクトリス ソリス EP R6	MAGNETOM スカイラ スベクトリス ソリス インジエクション システム	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	45247	2012.3.30	定期点検 (年4回)	櫻井	6月, 9月, 12月, 3月	6/24, 9/30, 12/23, 3/24	6月, 9月, 12月, 3月	6/23		
							40723000	多相電動式造影剤注入装置	47458	2012.3.30	スボト点検	櫻井	未定	9/30	未定			

核医学検査部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2020年度計画	2020年度実施日	2021年度計画	2021年度実施日	その他
中診棟A	地下1階	検査室1	陽電子断層撮影 (PET/CT)	シーメンスヘルスカア	biograph Horizon 3R R1	バイオグラフ ホライズン	70010010	X線CT組み合わせ型PET/CT装置	94530	2018.3	定期点検 (年2回)	山下	6月, 12月	6/22, 11/29	6月, 12月	6/28	
							70010010	X線CT組み合わせ型PET/CT装置	153563	2021.03	定期点検 (年2回)	山下	8月, 2月	8/25, 3/23	8月, 2月		
		検査室2	陽電子断層撮影 (PET/CT)	シーメンスヘルスカア	biograph Horizon 4R R2	バイオグラフ ホライズン	70010010	X線CT組み合わせ型PET/CT装置	1175	2012.3.30	定期点検 (年2回)	山下	7月, 1月	7/1, 1/28	7月, 1月		
							70010020	X線CT組み合わせ型SPECT装置	1300	2012.3.30	定期点検 (年2回)	山下	8月, 2月	8/17, 2/22	8月, 2月		
		検査室3	アイントー検査 (SPECT/CT)	シーメンスヘルスカア	Symbia T6 R3	シンビザT6	70010020	X線CT組み合わせ型SPECT装置	1403	2019.11	定期点検 (年2回)	山下	4月, 10月	4/27, 10/5	4月, 10月	4/25	
							40642000	核医学診断用検出器回転型SPECT装置	303102	2006.9.30	自主点検 (年1回)	山下	4月	4/9	4月	4/13	
		検査室4	アイントー検査 (ガンマカメラ)	シーメンスヘルスカア	Symbia T4 R4	シンビザT4	70010020	X線CT組み合わせ型SPECT装置	609104	2006.9.30	自主点検 (年1回)	山下	4月	-	-	-	現在不使用
							34567000	イム/アセイ用シンチレーションガンマ	N00135	2006.9.30	定期点検 (年1回)	山下	3月	2/7	3月		
		検査室5	アイントー検査 (ガンマカメラ)	シーメンスヘルスカア	Symbia Evo Excel R5	シンビザ Evo Excel	70008000	R1動態機能検査装置	70008000	2006.9.30	自主点検 (年1回)	山下	4月	-	-	-	現在不使用
							70008000	R1動態機能検査装置	609104	2006.9.30	自主点検 (年1回)	山下	4月	-	-	-	現在不使用
検査室7	甲状腺摂取率測定	安西メディカル	AZ800-CZT	安西メディカル	AZ800	甲状腺摂取率測定装置 AZ-800	70008000	2006.9.30	自主点検 (年1回)	山下	4月	-	-	-	現在不使用		
					70008000	甲状腺摂取率測定装置 AZ-800-CZT	70008000	2006.9.30	自主点検 (年1回)	山下	4月	-	-	-	現在不使用		
検査室7	甲状腺摂取率測定	安西メディカル	AZ800-CZT	安西メディカル	70008000	甲状腺摂取率測定装置 AZ-800-CZT	70008000	2006.9.30	自主点検 (年1回)	山下	4月	-	-	-	現在不使用		
					70008000	甲状腺摂取率測定装置 AZ-800-CZT	70008000	2006.9.30	自主点検 (年1回)	山下	4月	-	-	-	現在不使用		
サイクロトロン室	陽電子核種生成	住友重機械工業	CYPRIS HM-18	-	-	-	2007.3	定期点検 (年2回)	山下	6月, 12月	6/9-21, 12/8-20	6月, 12月	6/8-20				

放射線治療部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2020年度計画	2020年度実施日	2021年度計画	2021年度実施日	その他		
中診棟A	地下1階	第1放射線治療室	放射線治療 (外照射)	バリアンメディカルシステムズ	Clinac21EX A1	CLINAC 21EX 医療用リアック	35159000	線形加速器システム	H273124	2006.3	定期点検 (年4回)	森	5月, 8月, 11月, 3月	6/1-4, 8/23-24, 11/9-10, 2/16-17	5月, 8月, 11月, 3月	5/17-18			
							35159000	線形加速器システム	H294832	2010.8.16	定期点検 (年2回)	森	4月, 7月, 10月, 2月	4/19-20, 7/5-6, 10/19-20, 1/24-25	4月, 7月, 10月, 2月	4/25-26			
		第2放射線治療室	放射線治療 (外照射)	シーメンスヘルスカア	ClinacX A2	CLINAC IX 医療用リアック	35159000	線形加速器システム	H294832	2010.8.16	定期点検 (年2回)	森	4月, 7月, 10月, 2月	4/19-20, 7/5-6, 10/19-20, 1/24-25	4月, 7月, 10月, 2月	4/25-26			
							5x294000	Exacrac X-ray	5126510001	2010.8.16	スボト点検	森	4月	7/5	未定				
		操作室	放射線治療計画	バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 1	放射線治療計画ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48A652	2016.5.4	定期点検 (年2回)	森	6月, 1月	6/1, 11/9	6月, 1月				
							40887003	放射線治療計画ソフトウェア Eclipse	H48A653	2016.5.4	定期点検 (年2回)	森	6月, 1月	6/1, 11/9	6月, 1月				
							40887003	放射線治療計画ソフトウェア Eclipse	H48A654	2016.5.4	定期点検 (年2回)	森	6月, 1月	6/1, 11/9	6月, 1月				
							40887003	放射線治療計画ソフトウェア Eclipse	H48B001	2016.5.4	定期点検 (年2回)	森	6月, 1月	7/5, 1/24	6月, 1月				
							40887003	放射線治療計画ソフトウェア Eclipse	H480873	2016.5.4	定期点検 (年2回)	森	6月, 12月	7/5, 11/9	6月, 12月	5/17			
							40887003	放射線治療計画ソフトウェア Eclipse	H480874	2016.5.4	定期点検 (年2回)	森	6月, 12月	7/5, 11/9	6月, 12月	5/17			
							40887003	放射線治療計画ソフトウェア Eclipse	H484195	2016.5.4	定期点検 (年2回)	森	6月, 12月	7/5, 11/9	6月, 12月	5/17			
							70030012	画像照合用ソフトウェア ARIA Offline Review	HIT3379	2016.5.4	定期点検 (年2回)	森	4月, 10月	4/19, 10/19	4月, 10月	4/25-26			
							70023000	タレントビュー Elite CR システム	K16-5871	2012.3.28	定期点検 (年1回)	森	8月	8/25	8月				
							37618010	全身用X線CT診断装置	100041	2018.1	定期点検 (年2回)	森	6月, 3月	6/15, 3/15	6月, 3月	6/15			
		40723000	多相電動式造影剤注入装置	JCA00407	2017.11.10	定期点検 (年1回)	森	3月	3/15	3月									
		中診棟B	地下1階	第3放射線治療室	放射線治療 (腔内照射)	千代田テクノ	フレキシトンドHDR B3	フレキシトンドHDR	38300003	非中心循環系アタローディング式ブラキセラピー装置	FT00653	2021.3	定期点検 (年1回)	森	-	2/16	2月		
									37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	82110	2022.2	定期点検 (年1回)	森	-	-	未定	運用開始202202	
				X線透視撮影	放射線治療計画	シーメンスヘルスカア	Clos Flow B3	シオス フュージョン	40887003	放射線治療計画プログラム Oncontra Brachy	JPH049C9Y5	2021.3	定期点検 (年1回)	森	-	2/16	2月		
40887003	放射線治療計画プログラム Oncontra Brachy								JPH049CRG6	2021.3	定期点検 (年1回)	森	-	2/16	2月				
治療計画用CT	放射線治療計画			シーメンスヘルスカア	SOMATOM Confidence 20 B3	SOMATOM コンフィデンス	37618010	全身用X線CT診断装置	100504	2022.1	定期点検 (年2回)	森	-	-	7月, 1月		運用開始202201		
							18054000	定位放射線治療用加速器システム	4010525	2022.2	定期点検 (年4回)	森	-	-	5月, 8月, 11月, 2月	5/13	運用開始202202		
第4放射線治療室	CyberKnife			アクレイ	CyberKnife M6 B5	サイバーナイフ M6シリーズ	18054000	定位放射線治療用加速器システム	C0426	2018.1	定期点検 (年4回)	森	6月, 9月, 12月, 3月	6/18-19, 9/22-23, 12/10-11, 3/25-26	6月, 9月, 12月, 3月	6/10-11			
							40887003	放射線治療計画プログラム	10Q7X1-00020	2018.1	定期点検 (年4回)	森	6月, 9月, 12月, 3月	6/18-19, 9/22-23, 12/10-11, 3/25-26	6月, 9月, 12月, 3月	6/10-11			
治療計画室B	放射線治療計画			アクレイ	Precision 1	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	10Q8X1-00098	2018.1	定期点検 (年4回)	森	6月, 9月, 12月, 3月	6/18-19, 9/22-23, 12/10-11, 3/25-26	6月, 9月, 12月, 3月	6/10-11			
							40887003	放射線治療計画プログラム	10Q7X1-00287	2018.1	定期点検 (年4回)	森	6月, 9月, 12月, 3月	6/18-19, 9/22-23, 12/10-11, 3/25-26	6月, 9月, 12月, 3月	6/10-11			
放射線治療MRI室	治療計画用MRI	シーメンスヘルスカア	MAGNETOM Skyra RT B	MAGNETOM スカイラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	145378	2018.1	定期点検 (年4回)	森	5月, 8月, 11月, 2月	5/17, 8/16, 11/16, 2/15	5月, 8月, 11月, 2月	5/23					
					40723000	多相電動式造影剤注入装置	202538	2018.1	定期点検 (年1回)	森	5月	5/17	5月	5/23					
診療処置室	膀胱内尿量測定用エコー	ジェイ・シー・ティ	BioCon-700	キョースキヤン BioCon-700	70013000	膀胱用超音波画像診断装置	2210K90003	2017.12.28	自主点検 (年1回)	森	3月	1/19	3月						
					-	診断用X線高電圧装置 AUD150G	024663	2018.1	定期点検 (年1回)	森	8月	8/24	8月						
病棟	3階 (3E)	小手術兼撮影室	X線透視撮影	島津製作所	AUD150G	診断用X線高電圧装置 AUD150G	40761000	超音波診断装置 ARIETTA 70	G3010120	2020.3.3	自主点検 (年1回)	森	3月	2/22	3月				
							-	超音波診断装置 ARIETTA 70	G3010120	2020.3.3	自主点検 (年1回)	森	3月	2/22	3月				