


名古屋大学医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター
先端医療開発部 殿

運転時適格性評価の報告書 集中監視システム(MTR-5000)

株式会社
P H 事業部
バイオ 国内営業所
愛知県名古屋市中区栄5-1-8 名駅東ビル5F
TEL052-551-3490



運転時適格性評価の報告書

	所属	氏名	署名	日付
作成者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 サービス部	柴田 冬樹	柴田 冬樹	2019年06月18日
確認者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 サービス部	林 宏和	林 宏和	2019年06月19日
	PHC 株式会社 バイオメディカ事業部 国内営業部 中部営業所	藤 桂一郎	藤 桂一郎	2019年06月21日
承認者	薬劑部 治験薬管理室	丹羽 洋介	丹羽 洋介	2019年06月24日

総合結果判定



合格



不合格

コメント

集中監視システム(MTR-5000)の収集データと校正証明書付の記録計、センサーを測定比較した結果、合格基準内であることを証明します。

PHC株式会社

バイオメディカ事業部

国内営業部 中部営業所