

名古屋大学医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター
臨床研究支援部門 殿

運転時適格性評価の報告書

運転時適格性評価の報告書


	所 属	氏 名	署名	日 付
作成者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 サービス部	鈴木 健司	鈴木 健司	2020年03月26日
確認者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 サービス部	林 宏和	林 宏和	2020年03月26日
	パナソニック ヘルスケア 株式会社 バイオメディカ事業部 国内営業部 中部営業所	藤 桂一郎	藤 桂一郎	2020年03月27日
承認者	薬部 治験薬管理室	丹羽 洋介	丹羽 洋介	2020年03月27日

総合結果判定

合格
 不合格

コメント

集中監視システム（MTR-5000）の収集データと校正証明書付の記録計・温度センサーを
2020年3月3日、4日に測定比較した結果、合格基準内であることを証明します。


 PHC株式会社
 バイオメディカ事業部
 国内営業部 中部営業所