

名古屋大学医学部附属病院  
先端医療・臨床研究支援センター  
臨床研究支援部門 殿

## 運転時適格性評価の報告書

## 運転時適格性評価の報告書

	所 属	氏 名	署名	日 付
作成者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 サービス部	鈴木 健司	鈴木健司	2021年03月26日
確認者	PHC 株式会社 バイオメディカ事業部 国内営業部 中部営業所	藤 桂一郎	藤桂一郎	2021年03月26日
承認者	薬前部 治験薬管理室	丹羽 洋介	丹羽 洋介	2021年03月29日

総合結果判定



合格



不合格

コメント

集中監視システム（MTR-5000）の収集データと校正証明書付の記録計・温度センサーを  
2021年2月22日、24日、25日に測定比較した結果、合格基準内であることを証明します。

