

名古屋大学医学部附属病院  
先端医療・臨床研究支援センター  
臨床研究支援部門 殿

## 運転時適格性評価の報告書

## 運転時適格性評価の報告書

	所 属	氏 名	署名	日 付
作 成 者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 CCカスタマーサポート部 サービス課	鈴木 健司	鈴木健司	2022年04月11日
確 認 者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 CCカスタマーサポート部 サービス課	小橋 一之	小橋一之	2022年04月18日
	PHC 株式会社 バイオメディカ事業部 国内営業部 中部営業所	藤 桂一郎	藤桂一郎	2022年04月18日
承 認 者	薬剤部 治験薬管理室	加藤博史	加藤博史	2022年4月28日

総合結果判定



合格



不合格

コメント

集中監視システム(MTR-5000)の収集データと校正証明書付の記録計・温度センサーを

2022年3月16日、17日に測定比較した結果、合格基準内であることを証明します。