

名古屋大学医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター
臨床研究支援部門 殿

運転時適格性評価の報告書

運転時適格性評価の報告書

	所 属	氏 名	署名	日 付
作成者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 CCカスタマーサポート部 サービス課	鈴木 健司	鈴木健司	2024年03月13日
確認者	パナソニック産機システムズ 株式会社 中部支店 CCカスタマーサポート部 サービス課	太田 昌孝	太田昌孝	2024年03月13日
	PHC株式会社 バイオメディカ事業部 国内営業部 中部営業所	久野 智央	久野智央	2024年03月15日
承認者	薬部 治験管理室 月田裕丈		月田裕丈	2024年2月27日

総合結果判定

合格

不合格

コメント

集中監視システム(MTR-5000)の収集データと校正証明書付の記録計・温度センサーを

2024年2月19日から21日に測定比較した結果、合格基準内であることを証明します。