名古屋大学医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター
臨床研究支援部門　　殿

# 運転時適格性評価の報告書

# 運転時適格性評価の報告書

| | 所　属 | 氏　名 | 署名 | 日　付 |
|---|---|---|---|---|
| 作成者 | パナソニック産機システムズ 株式会社<br>中部支店 CCカスタマーサポート部<br>サービス課 | 鈴木 健司 | 鈴木健司 | 2025年02月10日 |
| 確認者 | パナソニック産機システムズ 株式会社<br>中部支店 CCカスタマーサポート部<br>サービス課 | 鈴木 泰哉 | 鈴木泰哉 | 2025年02月12日 |
| | PHC株式会社<br>バイオメディカ事業部<br>国内営業部 中部営業所 | 久野 智央 | 久野智央 | 2025年02月14日 |
| 承認者 | 名古屋大学医学部附属病院 | 肥田 裕丈 | 肥田 裕丈 | 2025年02月14日 |

総合結果判定

☑ 合格

☐ 不合格

コメント

集中監視システム（MTR-5000）の収集データと校正証明書付の記録計・温度センサーを2025年1月20日から22日に測定比較した結果、合格基準内であることを証明します。

# 運転時適格性評価の報告書

| | 所　属 | 氏　名 | 署名 | 日　付 |
|---|---|---|---|---|
| 作成者 | パナソニック産機システムズ 株式会社<br>中部支店 CCカスタマーサポート部<br>サービス課 | 鈴木 健司 | 鈴木健司 | 2025年03月13日 |
| 確認者 | パナソニック産機システムズ 株式会社<br>中部支店 CCカスタマーサポート部<br>サービス課 | 鈴木 泰哉 | 鈴木泰哉 | 2025年03月18日 |
| | PHC株式会社<br>バイオメディカ事業部<br>国内営業部　中部営業所 | 久野 智央 | 久野智央 | 2025年03月19日 |
| 承認者 | 薬剤部 治験薬管理室 | 肥田裕丈 | 肥田裕丈 | 2025年03月25日 |

総合結果判定

☑ 合格

☐ 不合格

コメント

集中監視システム（MTR-5000）の収集データと校正証明書付の記録計・温度センサーを2025年2月18日から19日に測定比較した結果、合格基準内であることを証明します。