2026年度 放射線関連医療機器保守点検記録一覧（1/3）

2026年6月末日現在

画像診断Ⅰ部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	保守の内容	責任者	2025年度計画	2025年度実施日	2026年度計画	2026年度実施日	その他
中診棟A	1階	第1撮影室	CT検査（単純・3D等）	キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion Prime SP R1	CTスキャナ Aquilion Prime SP TSX-303B	37618010	全身用X線CT診断装置	3AB1812038	2018.1	定期点検（年2回）	石橋	7月	1/16			
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R1	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40013	2018.1.12	定期点検（年1回）	石橋	7月	1/16			
				富士フイルム	SYNAPSE VINCENT クライアント R1	富士画像診断ワークステーション FN-7941型	70030000	汎用画像診断ワークステーション	372216 81		定期点検（年1回）	石橋		12/16			サーバー管理のため報告書は診断Ⅱ
		第2撮影室	単純撮影（骨一般）	富士フイルム	DR BENEO-Fx R2	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENEO-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A94A1005	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R2	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96720888	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R2	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96720889	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96954245	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951323	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO GL1 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1300	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	97020346	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
		第3撮影室	単純撮影（骨一般）	富士フイルム	DR BENEO-Fx R3	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENEO-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A94A1001	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R3	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96720880	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R3	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96720881	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96954236	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951313	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO GL1 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1300	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	97020343	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
		画像処理室	ドライイメージャ	富士フイルム	DRYPIX7000	富士メディカルドライレーザーイメージャ DRYPIX7000	70036000	画像診断用イメージャ	57133989	2006.4.1	自主点検	石橋	-	-			修理不能。廃棄予定
			シャウカステン	オリオン・ラビセーフメディカル	ORS-H211Y	NEO80シャウカステン	36488000	モーターなし画像診断用観察装置	S060209-10	2006.4.1	自主点検	石橋	3月	3/30			自主点検
				コニカミノルタ	CS-7 Portable Re	画像診断ワークステーション CS-7	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	A4TF-51762	2020.6	定期点検（年1回）	石橋	-	-			今後の使用を検討中により定期点検は見合わせ
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1717HD 全1 Re	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CF-05154	2020.6	定期点検（年1回）	石橋	-	-			今後の使用を検討中により定期点検は見合わせ
		第7撮影室	頭部領域撮影	島津製作所	RADspeed Pro R7	診断用X線装置 RADspeed Pro	:	据置型デジタル式汎用X線診断装置	41F1363B2011	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月, 3月	9/10,3/17			9月はコニカと点検、3月は島津のみ
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1717HD 全2 R7	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CF-05290	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1717HD 全3 R7	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CF-05291	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	CS-7H R7	画像診断ワークステーション CS-7	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	ACEF-00081	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	KINOSIS 1	画像診断ワークステーション コニカミノルタ DI-X1	40935000	X線画像診断装置ワークステーション	ACDV-00055	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	KINOSIS 2	画像診断ワークステーション コニカミノルタ DI-X1	40935000	X線画像診断装置ワークステーション	ACDV-00056	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				モリタ製作所	ベラビュー X800 R7	ベラビュー X800	70006000	アーム型X線CT診断装置	X811T000144	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月	3/3			1月予定
				モリタ製作所	アイエックス R7	アイエックス（型式：V080）	37667000	デジタル式口外汎用歯科X線診断装置	V580K000415	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月	3/3			1月予定
				モリタ製作所	ディゴラ オプティメⅡ R7	ディゴラ オプティメⅡ	70023000	コンピューテッドラジオグラフ	SJ2054491	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月	3/3			1月予定
			移動型撮影（ポータブル）	コニカミノルタ	CS-7 Portable R7	画像診断ワークステーション CS-7	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	A4TF-51998	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1717HD 全4 R7	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CF-05299	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四7 R7	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05153	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
		第8撮影室	単純撮影（胸腹部）	富士フイルム	DR BENEO-Fx R8	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENEO-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A949B002	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/23			
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R8	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96620855	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/23			
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R8	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96620856	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/23			
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 R8	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96854149	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/23			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 R8	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951291	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/23			
		第9撮影室	単純撮影（胸腹部）	富士フイルム	DR BENEO-Fx R9	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENEO-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A949C002	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/24			
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R9	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96620858	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/24			
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R9	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96620859	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/24			
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 R9	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96954225	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/24			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 R9	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951302	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	12/24			
		救急外来	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara F1号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GBZ0005317	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 F1	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	76951660	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 F1	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	76950441	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/7			
		ポータブル保管庫	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	シリウス130HP 9号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SX12529101	2011.1.21	定期点検（年1回）	石橋	1月	3/25			
	4階	NICU/GCU	移動型撮影（ポータブル）	島津製作所	MobileDart K3号機	回診用X線撮影装置 MobileDaRt Evolution	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	MQ00018B2006	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月, 3月	9/13,3/17			9月はコニカと点検、3月は島津のみ
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四5 K3	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05151	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	9/10			
	5階	手術室	移動型透視（ミニCアーム）	ガデリウス・メディカル	OrthoScan TAU1515	オーソスキャンFD	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	5P0300	2021.2.19	定期点検（年1回）	石橋	2月	9/10			
			移動型透視（Cアーム）	GEヘルスケア	OEC 9900 Elite	OEC 9900 シリーズ	37646010	移動型デジタル式汎用X線透視診断装置	ES-2861	201310	スポット点検	石橋	-	7/14			
			移動型透視（Cアーム）	フィリップス・ジャパン	Veradius Unity 11号機	ベラディウス	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	504	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	10月	10/6			
			移動型透視（Cアーム）	フィリップス・ジャパン	Zenition 13号機	Zenition	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	383	2020.3.24	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/30			
			移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara-k K1号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10054017	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半1 K1	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-00368	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR 1012HQ 四1 K1	デジタルラジオグラフィー AeroDR SYSTEM	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A5TD-51940	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
			ドライイメージャ	富士フイルム	DRYPIX4000	富士メディカルドライレーザーイメージャ DRYPIX4000	70036000	画像診断用イメージャ	66122092	2006.1	自主点検	石橋	–	3/12			自主点検
		第5手術室	OPE室MRI	日立製作所	APERTO OR5	日立MRイメージング装置 Apertoシリーズ	37652000	永久磁石式全身用MR装置	N1N015-NP34-1	2006.3.10	定期点検（年3回）	石橋	7,11,3月	7/26. 11/22,3/20			
	6階	GHCU	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara F2号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GBZ0005417	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1/8	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 F2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	76951661	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1/8	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 F2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	76950442	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1/8	1/7			
		EMICU	移動型撮影（ポータブル）	富士フイルム	CALNEO AQRO	富士フイルム DR-XD 1000	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	96650845	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1/8	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 AQ	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96854150	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1/8	1/7			
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 AQ	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951292	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1/8	1/7			
病棟	2階	ポータブル保管庫	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara-k K5号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10046321	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半3 K5	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-05655	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四2 K5	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05146	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
			~~移動型撮影（ポータブル）~~	~~日立製作所~~	~~シリウス130HP 5号機~~	~~インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ~~	~~37626020~~	~~移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置~~	~~SX12935514~~	~~2006.3.30~~	~~定期点検（年1回）~~	~~石橋~~	~~1月~~	-			
			移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara-k K6号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10101020	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半4 K6	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-6357	2023.3.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四3 K6	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05149	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
			移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	シリウス130HP 10号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SX12529102	2011.1.21	定期点検（年1回）	石橋	1月	3/25			
			移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	シリウス130HP 5号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SX12935514	2006.3.30	定期点検（年1回）	石橋	1月	3/25			
	3階	3W病棟	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	シリウス130HP 7号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SX12979607	2006.3.30	定期点検（年1回）	石橋	1月	3/25			
中診棟B	4階	SICU	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara-k K4号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10079420	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半5 K4	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-05674	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四4 K4	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05150	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月	9/10			
	5階	手術室	移動型撮影（ポータブル）	島津製作所	MobileDart K2号機	回診用X線撮影装置 MobileDaRt Evolution	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	MQ00018B2005	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月, 3月	9/10,			9月はコニカと点検、3月は島津のみ
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半2 K2	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-05675	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	3/17			
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四6 K2	デジタルラジオグラフィー SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05152	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	9/10			
			移動型透視（Cアーム）	フィリップス・ジャパン	Veradius Unity 12号機	ベラディウス	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	505	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	10月	10/7			
			移動型透視（Cアーム）	フィリップス・ジャパン	Zenition 14号機	Zenition 70 FD15		移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置		2026.01.09	定期点検（年1回）	石橋	-	-			

2026年度 放射線関連医療機器保守点検記録一覧（2/3）

2026年6月末日現在

画像診断Ⅱ部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	保守の内容	責任者	2025年度計画	2025年度実施日	2026年度計画	2026年度実施日	その他
中診棟A	1階	第4撮影室	乳房撮影	富士フイルムメディカル	AMULET Innovality R4	デジタル式乳房用X線診断装置 FDR MS-3500	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	46220101	2014.3.30	定期点検（年2回）	河村	9月, 3月	9/2	9月		
			乳房生検	ホロジックジャパン	Affirm R4	乳腺バイオプシー装置 Affirm Prone Biopsy System	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	APB1100914	2021.3	定期点検（年2回）	河村	8月, 3月	8/12,2/9	8月. 3月		
				デヴィコアメディカル	マンモトーム リボルブ システム	吸引式組織生検用針向け装置	70457000	吸引式組織生検用針向け装置	MSCM1002225	2021.3	定期点検（年1回）	河村	1月	3/10	1月		
				オリオン電機	マンモシャウカステン	マンモシャウカステン（4M42型）	36488000	モーターなし画像診断用観察装置	CO60217-01	2006.3.30	自主点検（年1回）	河村	9月	9/1	9月		
		~~第5撮影室~~	~~超音波検査~~	~~日立製作所~~	~~Ascendus R5~~	~~デジタル超音波診断装置 HI VISION Ascendus~~	~~40761000~~	~~汎用超音波画像診断装置~~	~~KE10928301~~	~~2014.3.30~~	~~定期点検（年1回）~~	~~河村~~	3月	---	---	---	2026年2月17日廃棄
		第5撮影室	超音波検査	GEヘルスケア・ジャパン	LOGIQ E10x	汎用超音波画像診断装置LOGIQ E10x R3	40761000	汎用超音波画像診断装置	LEP400633	2026.2.17		河村					2026年2月17日購入
		~~第6撮影室~~	~~超音波検査~~	~~日立製作所~~	~~Ascendus R5~~	~~デジタル超音波診断装置 HI VISION Ascendus~~	~~40761000~~	~~汎用超音波画像診断装置~~	~~KE10928305~~	~~2014.3.30~~	~~定期点検（年1回）~~	~~河村~~	3月	---	---	---	2026年2月17日廃棄
		第6撮影室	超音波検査	GEヘルスケア・ジャパン	LOGIQ E10x	汎用超音波画像診断装置LOGIQ E10x R3	40761000	汎用超音波画像診断装置	LEP400634	2026.2.17		河村					2026年2月17日購入
			乳房撮影	フィリップス・ジャパン	マイクロドーズマンモグラフィ SI R6	Philips マイクロドーズマンモグラフィ	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	900058-10	2014.3.30	定期点検（年2回）	河村	8月. 2月	8/4-8/5,2/2-3	8月. 2月		
		サーバー室	乳房検査読影システム	クライムメディカルシステムズ	mammary サーバー	画像診断ワークステーションCIF-392	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	F1Z0WM3	2022.04.01	定期点検（年1回）	河村	3月	3/30	3月		20220401更新
		第10撮影室	骨密度測定（腰椎、大腿骨、全身）	東洋メディック	骨密度測定装置 Discovery A R15	Discovery X線骨密度測定装置	37661020	二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置	87864	2014.3.30	スポット点検（年1回）	河村	3月	3/25	3月		保守部品製造終了（2025年3月末）
		第12撮影室	一般造影（消化管、肝・胆・膵等）	日立製作所	CUREVISTA R12	汎用X線透視診断装置 CUREVISTA	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	GE00174119	2019.9.27	定期点検（年4回）	河村	6月, 9月, 12月, 3月	6/5,9/11,12/16,3/17	6月, 9月, 12月, 3月	6/9,	
		第13撮影室	一般造影（消化管、肝・胆・膵等）	キヤノンメディカルシステムズ	Ultimax-i DREX-UI80/09 R13	多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	09B1782007	2017.8.20	定期点検（年2回）	河村	7月, 1月	7/8,1/20	7月, 1月		
		第14撮影室	一般造影（消化管、肝・胆・膵等）	島津製作所	SONIALVISION G4 R14	X線テレビシステム SONIALVISION G4	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	41C350797004	2019.9.27	定期点検（年2回）	河村	9月, 3月	9/4,3/26	9月, 3月		
		~~第16撮影室~~	~~一般造影（消化管、肝・胆・膵等）~~	~~キヤノンメディカルシステムズ~~	~~Ultimax-i DREX-UI80/05 R16~~	~~多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80~~	~~37679010~~	~~据置型デジタル式汎用X線透視診断装置~~	~~05C1242304~~	~~2012.4.27~~	~~定期点検（年2回）~~	~~河村~~	7月, 1月	7/15,1/27	---	---	2026年1月30日廃棄
		第16撮影室	一般造影（消化管、肝・胆・膵等）	富士フイルム	VersiFlex VISTA	多目的イメージングシステム VersiFlex VISTA	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	GF00003126	2026.2.16	定期点検（年4回）	向山	---	---	6月, 9月, 12月, 3月	5/26	2026年2月16日更新
			一般造影検査寝判用エコー	富士フイルム	SonoSite iViz	SonoSite iViz シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	Q4ZQNH	2019.2.8	自主点検（年1回）	河村	9月	9/4	9月		
			一般造影検査寝判用エコー	富士フイルム	SonoSite SⅡ	SonoSite SII シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	04LXYP	2019.8.29	自主点検（年1回）	河村	9月	9/4	9月		
			一般造影検査寝判用エコー	日立製作所	ARIETTA 60	超音波診断装置 ARIETTA 60	40761000	汎用超音波画像診断装置	G3021185	2019.9.2	スポット点検（年1回）	河村	9月	8/28	9月		2023年までは自主点検
		第17撮影室	CT検査（単純・造影・3D等）	シーメンスヘルスケア	NAEOTM Alpha R17	ネオトム Alpha	37618010	全身用X線CT診断装置	127239	2025.2.7	定期点検（年1回）	河村	2月13日	2/13	2月		線量測定(年2回) 9/20
				根本杏林堂	デュアルショット GX10 R17	デュアルショット GX10	40723000	多相電動式造影剤注入装置	RCA00237G	2025.2.7	定期点検（年1回）	河村	2月13日	2/13	2月		
		第18撮影室	CT検査（単純・造影・3D等）	キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion One Vision R18	CTスキャナ Aquilion One TSX-301C	37618010	全身用X線CT診断装置	3AA13Z2016	2014.3.30	定期点検（年4回）	河村	4/11,7/8,10/17,1/14	4/11,7/8,10/9,1/14	4/17. 7/15, 10/16, 1/20	4/17	線量測定(年2回) 9/16
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R18	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA00663	2014.01.17	定期点検（年1回）	河村	7/8	7/8	7/15		
		第19撮影室	CT検査（単純・造影・3D等）	キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion Precision R19	CTスキャナ Aquilion Precision TSX-304A	37618010	全身用X線CT診断装置	1AC19X2015	2019.11.13	定期点検（年2回）	河村	8/29,2/20	8/29,2/20	9/11. 2/3		線量測定(年2回) 9/20
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R19	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40561	2019.10.29	定期点検（年1回）	河村	2/20	2/20	2/3		
		サーバー室	CT検査（3D）	ザイオソフト	ザイオステーション PLUS Type H	ザイオステーション2 PLUS	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	ZP140161A	2014.3.27	定期点検（年1回）	河村	装置更新予定				
				富士フイルム	SYNAPSE VINSENT サーバー	富士画像診断ワークステーション FN-7941型	70030000	汎用画像診断ワークステーション	37221656	2014.1.31	定期点検（年1回）	河村	12/16	12/16			2025年１月より病院システムでの管理。
		第20撮影室	IVR-CT	キヤノンメディカルシステムズ	Alphenix INFX-8000C R20	X線循環器診断システム Infinix Celeve-i INFX-8000C	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	HHA19Y2001	2019.12	定期点検（年2回）	河村	6月,12月	6/16,12/8	6/15,12/7	6/15,	線量測定(年2回) 9/16
				キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion One R20	CTスキャナ Aquilion ONE TSX-305A	37618010	全身用X線CT診断装置	5WC19Y2135	2019.12	定期点検（年2回）	河村	6月,12月	6/16,12/8	6/15,12/7	6/15,	
				根本杏林堂	PRESS DUO elite R20	造影剤注入装置 PRESS DUO elite	40723000	多相電動式造影剤注入装置	EAA00087G	2019.12.9	定期点検（年1回）	河村	12月	12/8			
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R20	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40566	2019.12.9	定期点検（年1回）	河村	12月	12/8			
				富士フイルム	SonoSite SⅡ	SonoSite SII シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	04MCB9	2020.1.6	自主点検（年1回）	河村	10月	10/1			自主点検
				日本光電	臨床用ポリグラフ RMC-5000 R20	臨床用ポリグラフ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	00744	2019.12	定期点検（年1回）	河村	3月	3/9			
		第21撮影室	血管撮影	フィリップス・ジャパン	Azurion R22	血管造影X線診断装置 Azurion7	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	301	2026.3.16	定期点検（年2回）	河村	装置更新	装置更新	9/,3/		2026.03.16 稼動
				根本杏林堂	PRESS DUO elite R20	造影剤注入装置 PRESS DUO elite	40723000	根本杏林堂	EAA00537G	2026.3.16	定期点検（年1回）	河村	装置更新	装置更新			
				フィリップス・ジャパン		Affiniti70 EPIQ 超音波診断装置	40761000	汎用超音波画像診断装置	SZO25F0544	2026.3.16	スポット点検（年1回）	河村	装置更新	装置更新			
				富士フイルム		Sonosite PX 超音波診断装置	40761000	汎用超音波画像診断装置	05VFZB	2026.3.16	自主点検（年1回）	河村	装置更新	装置更新			
		~~第21撮影室~~	~~IVR-CT~~	~~シーメンスヘルスケア~~	~~AXIOM Artis Zee TA R21~~	~~アーティス zee T~~	~~37623000~~	~~据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置~~	~~147811~~	~~2014.3.30~~	~~定期点検（年2回）~~	~~河村~~	4月,11月	4/14. 10/6			2025年12月廃棄
				~~シーメンスヘルスケア~~	~~Emotion R21~~	~~SOMATOM エモーション 16~~	~~37618010~~	~~全身用X線CT診断装置~~	~~86353~~	~~2014.3.30~~	~~定期点検（年2回）~~	~~河村~~	4月,11月	4/14. 10/6			2025年12月廃棄
				~~SHEEN MAN~~	~~ゾーンマスター ネオ Aモデル R21~~	~~ゾーンマスター ネオ~~	~~40723000~~	~~多相電動式造影剤注入装置~~	~~290589~~	~~2014.3.30~~	~~定期点検（年1回）~~	~~河村~~	11月	10/6			（OR-1に移設）
				~~富士フイルム~~	~~SonoSite NanoMaxx~~	~~SonoSite NanoMaxx シリーズ~~	~~40761000~~	~~汎用超音波画像診断装置~~	~~03VX5R~~	~~2014.3.28~~	~~自主点検（年1回）~~	~~河村~~	~~10月~~	~~10/1~~			（24室に移設）
				~~根本杏林堂~~	~~オートエンハンス A60 R21~~	~~オートエンハンス A60~~	~~40723000~~	~~多相電動式造影剤注入装置~~	~~AC62491~~	~~2003.1.27~~	~~定期点検（年1回）~~	~~河村~~	11月	10/6			2025年12月廃棄
		第22撮影室	心カテ	フィリップス・ジャパン	Azurion R22	血管造影X線診断装置 Azurion	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	722225 9	2021.03.10	定期点検（年2回）	河村	9月,3月	9/1. 3/16	9/14,3/15		
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R22	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	0082	2021.03.10	定期点検（年1回）	河村	3月	3/16	3/15		
				日本光電	臨床用ポリグラフ RMC-5000 R22	臨床用ポリグラフ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	10039	2021.03.10	定期点検（年1回）	河村	3月	3/16	3/15		
		第23撮影室	心カテ	島津製作所	Trinias B8 R23	血管撮影システム Trinias	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	41EFFDBA1001	2020.03.02	定期点検（年2回）	河村	9月,3月	9/29. 3/9	9/7,3/29		
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R23	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	0061	2020.03.02	定期点検（年1回）	河村	3月	3/9	3/29		
				日本光電	臨床用ポリグラフ RMC-5000 R23	臨床用ポリグラフ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	00445	2018.08	定期点検（年1回）	河村	3月	3/9	3/29		
		第24撮影室	血管撮影	シーメンスヘルスケア	AXIOM Artis Q twin R24	血管造影X線診断装置 アーティス Q	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	121026	2014.3.30	定期点検（年3回）	河村	6月,11月,3月	7/4. 11/14. 3/13	7/25,11/20,3/9		BSNET,JSNET,STROKEに合わせる。
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R24	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	280568	2014.3.30	定期点検（年1回）	河村	11月	11/14			2026年12月で廃棄予定。
			IVUS	フィリップス・ジャパン	IVUS						定期点検（年1回）	河村	今年度は行わない	今年度は行わない			2025年4月稼動。1年間は保証期間。
				富士フイルム	SonoSite NanoMaxx	SonoSite NanoMaxx シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	03VX5R	2014.3.28	自主点検（年1回）	河村	10月	10/1			自主点検（21室より移設）
			IVUS	フィリップス・ジャパン	Volcano R24	ボルケーノ s5 イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	052-09127-001	2025.3	定期点検（年1回）	河村	今年度は行わない	今年度は行わない			保守終了。廃棄は未定
		第25撮影室	心カテ	キヤノンメディカルシステムズ	INFX-8000V/TK			据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置		2025.3	定期点検（年2回）	河村	8月. 2月	8/25. 2/9	8/24. 2/8		2025年4月稼動。1年間は保証期間。
				富士フイルム		超音波診断装置				2025.3	自主点検（年1回）	河村	10月	10/1			自主点検
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R22	ゾーンマスター ネオ				2025.3	定期点検（年1回）	河村	2月	3/2			2025年4月稼動。1年間は保証期間。
				日本光電		臨床用ポリグラフ RMC-5000		心臓カテーテル用検査装置		2025.3	定期点検（年1回）	河村	3月	3/16			
		倉庫3	血管撮影検査用エコー	日立製作所	ARIETTA 70	超音波診断装置 ARIETTA 70	40761000	汎用超音波画像診断装置	G3020002	2020.3.10	スポット点検（年1回）	河村	8月	8/28			2023年までは自主点検
				日立製作所	PROSOUND α7	超音波診断装置 PROSOUND α7	40761000	汎用超音波画像診断装置	X0091806	2014/3/28	自主点検（年1回）	河村	10月	10/1			2024年夏頃に故障。医療機器管理係管轄。
	5階	第1手術室	Hybrid ORシステム	フィリップス・ジャパン	Allura Clarity FD20 OR1	インテグリス アルーラ フラットディテクター	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	150	2014.5	定期点検（年2回）	河村	9月, 3月	9/5,3/7	9/11. 3/		保守部品製造終了予定（2025年3月末）. EOSは未定
				Dvx	ACISTインジェクションシステム OR1	ACIST インジェクションシステム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	EP0016047	2014.5	定期点検（年1回）	河村	3月	今年度、未点検			このまま、廃棄・下取り予定。
				~~MEDRAD~~	~~Provis MarkV OR1~~	~~メドラド マークVプロビス インジェクター~~	~~40723000~~	~~多相電動式造影剤注入装置~~	~~102497/27307~~	~~2006.3.30~~	~~定期点検（年1回）~~	~~河村~~	~~9月~~	~~9/5~~			2025年12月廃棄
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Aモデル R21	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	290589	2014.3.30	定期点検（年1回）	河村	10月	10/6			2026年1月、第21撮影室から移設
			IVUS	フィリップス・ジャパン	Volcano OR1	ボルケーノ s5i イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	1023-20406-001	2014.5	スポット点検	河村	10月	10/10？			保守終了予定（2025年末）
中診棟B	2階	透視室1（光学診療部）	一般造影	キヤノンメディカルシステムズ	Ultimax DREX-UI80/09 ED1	多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	09B17X2008	2018.1	定期点検（年2回）	河村	9月, 3月	9/9,3/10	9月, 3月		
		透視室2（光学診療部）	一般造影	キヤノンメディカルシステムズ	ZEXIRA DREX-ZX80/P7 ED2	デジタルX線TVシステム ZEXIRA DREX-ZX80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	P7B17Y2006	2018.1	定期点検（年2回）	河村	9月, 3月	9/9,3/10	9月, 3月		
	5階	第21手術室	移動型X線透視・撮影 Oarm	Medtronic	O-arm 2 OR21	O-arm イメージングシステム（タイプ2）	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	C2575	2021.3	定期点検（年2回）	河村	9月. 3月	9/18,3/20			
		第23手術室	Hybrid ORシステム	フィリップス・ジャパン	AlluraClarityFD20 OR23	インテグリス アルーラ フラットディテクター	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	202	2018.1	定期点検（年2回）	河村	4月,10月	4/11. 10/10	4/17,10/9(係・要確認)	4/17,	保守部品製造終了予定（2028年3月末）. EOSは未定
			IVUS	フィリップス・ジャパン	Volcano OR23	CORE イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	070-08169-001	2018.1	スポット点検	河村	10月	10/10			
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ Zモデル OR23	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	1535/923	2018.1	定期点検（年1回）	河村	10月	10/10			

2026年度 放射線関連医療機器保守点検記録一覧（3/3）

2026年6月末日現在

ＭＲＩ検査部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2025年度計画	2025年度実施日	2026年度計画	2026年度実施日	その他
中診棟A	2階	第1ＭＲ室	MRI検査	キヤノンメディカルシステムズ	Vantage Centurian/ZGO R1	MR装置 Vantage Galan 3T MRT-3020	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	J9C1992005	2019.10	定期点検（年2回）	加藤	9/4,3/5	9/4,3/5	9/3, 3/4		
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R1	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	40263	2006.9.30	スポット点検	加藤	未定	9/4	9/3		
		第2ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Avato fit R2	MAGNETOM アバント	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	169933	2021.3.19	定期点検（年4回）	加藤	6/9,9/8,12/8,3/9	6/9,9/8,12/8,3/9	6/8, 9/14, 12/14, 3/8	6/8	
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R2	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	40377	2006.9.30	スポット点検	加藤	7/10	7/10	未定	5/29	
		第3ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Prisma fit R3	MAGNETOM プリズマ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	167054	2018.3.30	定期点検（年4回）	加藤	7/10,1/8	7/10,1/8	7/9, 1/11		
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R3	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	40374	2006.9.30	スポット点検	加藤	7/10	7/10	7/9		
		第4ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Skyra fit R4	MAGNETOM スカイラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	170096	2021.1.13	定期点検（年4回）	加藤	5/22,8/28,11/27,2/26	5/22,8/28,11/27,2/26	5/28, 8/27, 11/26, 2/25	5/28	
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R4	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	40548	2006.9.30	スポット点検	加藤	8/28	8/28	8/27		
		第5ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Aera R5	MAGNETOM アエラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	52035	2012.3.30	定期点検（年4回）	加藤	4/23,10/22	4/23,10/22	4/22, 10/28	4/22	
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R5	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	47481	2012.3.30	スポット点検	加藤	8/28	8/28	10/28		
		第6ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Skyra R6	MAGNETOM スカイラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	45247	2012.3.30	定期点検（年4回）	加藤	9/25,3/26	9/25,3/26	9/24, 3/25		
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R6	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	47458	2012.3.30	スポット点検	加藤	8/18	8/18	9/24		

核医学検査部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2025年度計画	2025年度実施日	2026年度計画	2026年度実施日	その他
中診棟A	地下1階	検査室1	陽電子断層撮影（PET/CT）	シーメンスヘルスケア	biograph Horizon 3R R1	バイオグラフ ホライゾン	70010010	X線CT組み合わせ型ポジトロンCT装置	94530	2018.3	定期点検（年2回）	西本	6月, 12月	6/18,12/17	6月, 12月	6/17	
		検査室2	陽電子断層撮影（PET/CT）	シーメンスヘルスケア	biograph Horizon 4R R2	バイオグラフ ホライゾン	70010010	X線CT組み合わせ型ポジトロンCT装置	153563	2021.03	定期点検（年2回）	西本	8月, 2月	8/6,2/17	8月, 2月		
		検査室3	アイソトープ検査（SPECT/CT）	シーメンスヘルスケア	Symbia Pro Specta X3 R3	シンビア Pro Specta X3	70010020	X線CT組み合わせ型SPECT装置	100322	2024.3.8	定期点検（年2回）	西本	7月, 1月	7/1,1/27	7月, 1月		
		検査室4	アイソトープ検査（SPECT/CT）	シーメンスヘルスケア	Symbia Pro Specta X3 R4	シンビア Pro Specta X3	70010020	X線CT組み合わせ型SPECT装置	100425	2025.3.7	定期点検（年2回）	西本	9月, 3月	9/1,3/2	9月, 3月		
		検査室5	アイソトープ検査（ガンマカメラ）	シーメンスヘルスケア	Symbia Evo Excel R5	シンビア Evo Excel	40642000	核医学診断用検出器回転型SPECT装置	1403	2019.11	定期点検（年2回）	西本	4月, 10月	4/10,10/7	4月, 10月	4/14	
		検査室7	甲状腺摂取率測定	安西メディカル	AZ800	甲状腺摂取率測定装置 AZ-800	70008000	RI動態機能検査装置	303102	2006.9.30	自主点検（年1回）	西本	4月	4/8	4月	4/1	
			アイソトープ検査（試料測定）	日立製作所	ガンマシステム ARC7001	アキュフレックスガンマ7001	34567000	イムノアッセイ用シンチレーションカウンタ	N00135	2006.9.30	定期点検（年1回）	西本	3月	1/4	3月		
		処置室2	FDG-PET検査薬剤投与	住友重機械工業	AI300	放射性薬剤投与器	70032000	放射性薬剤投与装置	W4CC5679-01	2024.3.1	定期点検（年2回）	西本	6月, 12月	6/7,12/6	6月, 12月	6/5	
		サイクロトロン室	陽電子核種生成	住友重機械工業	CYPRIS HM-18	医療用サイクロトロンシステム	-	医療用サイクロトロン		2007.3	定期点検（年2回）	西本	6月, 12月	6/4-6/16,12/3-12/12	6月, 12月	6/4-6/16	

放射線治療部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2025年度計画	2025年度実施日	2026年度計画	2026年度実施日	その他
中診棟A	地下1階	第1放射線治療室	放射線治療（外照射）	バリアンメディカルシステムズ	TrueBeam Edge	TrueBeam 医療用リニアック	35159000	線形加速器システム	7449	2027.03	定期点検（年4回）	森			6月 以後未定	6/29,6/30	令和7年度設置
			放射線治療シミュレータ	プレインラボ	Exactrac Dynamic	エグザクトラック	35294000	放射線治療シミュレータ	7457525001	2027.03	定期点検（年4回）	森			未定		令和8年度設置
		第2放射線治療室	放射線治療（外照射）	バリアンメディカルシステムズ	ClinaciX A2	CLINAC iX 医療用リニアック	35159000	線形加速器システム	H294832	2010.8.16	定期点検（年4回）	森	4月, 7月, 10月, 1月	4/15-16,7/29-30,10/8-9,1/14-15	4/6～4/7. 7/7～7/8	4/6～4/7	令和8年10月以降廃棄予定
			放射線治療シミュレータ	プレインラボ	Exactrac X-ray	エグザクトラック	35294000	放射線治療シミュレータ	5126510001	2010.8.16	スポット点検	森	8月	10/10			令和8年10月以降廃棄予定
		操作室	放射線治療計画	バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 1	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48A652	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	7月, 1月	7/29,1/14	7/7～7/8		
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 2	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48A653	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	7月, 1月	7/29,1/14	7/7～7/8		
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 3	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48A654	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	7月, 1月	7/29,1/14	7/7～7/8		
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 4	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48B001	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	7月, 1月	7/29,1/14	7/7～7/8		
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 5	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H480873	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	10月, 1月	10/9,1/14	4/7	4/7	
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 6	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H480874	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	10月, 1月	10/9,1/14	4/7	4/7	
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 7	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H484195	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	10月, 1月	10/9,1/14	4/7	4/7	
	4/15		放射線治療統合システム	バリアンメディカルシステムズ	ARIA	画像照合用ソフトウェア ARIA Offline Review	70030012	汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム	HIT3379	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	4月, 1月	4/15,1/14	7/0	4/6～4/7	
			一般撮影、治療位置確認	富士フイルムメディカル	FCR XL-2(α)	FCR XL-2(α)	70023000	コンピューテッドラジオグラフ	571C2877	2027.2	未定	森			未定		令和7年度設置
		CTシミュレーション室	治療計画用CT	シーメンスヘルスケア	SOMATOM Confidence RT A	SOMATOM コンフィデンス	37618010	全身用X線CT診断装置	100041	2018.1	定期点検（年2回）	森	6月, 12月	6/20,12/19	6月, 12月	6/10	
			造影剤注入装置	根本杏林堂	オートエンハンス A800 B	オートエンハンス A800	40723000	多相電動式造影剤注入装置	JCA00407	2017.11.10	定期点検（年1回）	森	12月	12/19	12月		
中診棟B	地下1階	第3放射線治療室	放射線治療(腔内照射)	千代田テクノル	フレキシトロンHDR B3	フレキシトロンHDR	38300003	非中心循環系アフターローディング式プラキセラピー装置	FT00653	2021.3	定期点検（年1回）	森	12月	10/28	12月		
			X線透視撮影	シーメンスヘルスケア	Cios Flow B3	シオス フュージョン	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	82110	2022.2	定期点検（年1回）	森	3月	3/10	3月		
			放射線治療計画	エレクタ	Oncentra Brachy v4.6 server	放射線治療計画プログラム Oncentra Brachy	40887003	放射線治療計画プログラム	JPH049C9Y5	2021.3	定期点検（年1回）	森	12月	12/16	12月		
				エレクタ	Oncentra Brachy v4.6 client	放射線治療計画プログラム Oncentra Brachy	40887003	放射線治療計画プログラム	JPH049CRG6	2021.3	定期点検（年1回）	森	12月	12/16	12月		
			治療計画用CT	シーメンスヘルスケア	SOMATOM Confidence 20 B3	SOMATOM コンフィデンス	37618010	全身用X線CT診断装置	100504	2022.1	定期点検（年2回）	森	6月, 12月	6/11,12/16	5/12,12月	5/12	
		第4放射線治療室		アキュレイ	ラディザクト B4	ラディザクト	18054000	定位放射線治療用加速器システム	4010525	2022.2	定期点検（年6回）	森	月, 7月, 9月, 11月,1月, 3	5/13,7/11,9/9,12/5	5月, 7月, 9月, 11月,1月, 3月	5/15	
		操作室	放射線治療計画	アキュレイ	Precision	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	3132510	2022.2	定期点検（年6回）	森	月, 7月, 9月, 11月,1月, 3	5/13,7/11,9/9,12/5	5月, 7月, 9月, 11月,1月, 3月	5/15	
		治療計画室B	放射線治療計画	アキュレイ	Precision	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	0470031	2022.2	定期点検（年6回）	森	月, 7月, 9月, 11月,1月, 3	5/13,7/11,9/9,12/5	5月, 7月, 9月, 11月,1月, 3月	5/15	
		第5放射線治療室	CyberKnife	アキュレイ	CyberKnife M6 B5	サイバーナイフ M6シリーズ	18054000	定位放射線治療用加速器システム	C0426	2018.1	定期点検（年4回）	森	7月, 9月, 12月, 3月	7/4-7/5,9/12-13,12/5-6	6月,9月. 12月、3月	6/6~6/7	
		治療計画室B	放射線治療計画	アキュレイ	Precision 1	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	3270288	2018.1	定期点検（年4回）	森	7月, 9月, 12月, 3月	7/4-7/5,9/12-13,12/5-6	6月,9月. 12月、3月	6/6~6/7	
				アキュレイ	Precision 2	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	3270287	2018.1	定期点検（年4回）	森	7月, 9月, 12月, 3月	7/4-7/5,9/12-13,12/5-6	6月,9月. 12月、3月	6/6~6/7	
		操作室	放射線治療計画	アキュレイ	Precision 3	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	3272514	2018.1	定期点検（年4回）	森	7月, 9月, 12月, 3月	7/4-7/5,9/12-13,12/5-6	6月,9月. 12月、3月	6/6~6/7	
		放射線治療MRI室	治療計画用MRI	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Skyra RT B	MAGNETOM スカイラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	145378	2018.1	定期点検（年4回）	森	8月, 2月	8/18,2/16	8月, 2月		
			造影剤注入装置	バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP B	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	202538	2018.1	定期点検（年1回）	森	8月	8/18	8月		
		診療処置室	膀胱内容量測定用エコー	ジェイ・シー・ティ	BioCon-700	キューブスキャン BioCon-700	70013000	膀胱用超音波画像診断装置	2210K90003	2017.12.28	スポット点検年1回）	森	10月	3/23	10月		
病棟	3階（3E）	小手術兼撮影室	X線透視撮影	島津製作所	AUD150G	診断用X線高電圧装置 AUD150G	-	-	024663	1999.4	定期点検（年1回）	森	8月	点検不可	点検不可		
			密封小線源治療用エコー	日立製作所	ARIETTA 70 3E	超音波診断装置 ARIETTA 70	40761000	汎用超音波画像診断装置	G3010120	2020.3.3	スポット点検（年1回）	森	3月	2/18	3月		