2023年度 放射線関連医療機器保守点検記録一覧（1/3）

2023年12月末日現在

画像診断Ｉ部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	保守の内容	責任者	2022年度計画	2022年度実施日	2023年度計画	2023年度実施日	その他
中診棟A	1階	第1撮影室	CT検査（単純・3D等）	キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion Prime SP R1	CTスキャナ Aquilion Prime SP TSX-303B	37618010	全身用X線CT診断装置	3AB1812038	2018.1	定期点検（年2回）	石橋	7月, 1月	7/8,1/13	7月, 1月	7/6	
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R1	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40013	2018.1.12	定期点検（年1回）	石橋	7月	7/8	7月	7/6	
				富士フイルム	SYNAPSE VINCENT クライアント R1	富士画像診断ワークステーション FN-7941型	70030000	汎用画像診断ワークステーション	37221681		定期点検（年1回）	石橋	2月	3/27	2月		サーバー管理のため報告書は診断Ⅱ
		第2撮影室	単純撮影（骨一般）	富士フイルム	DR BENEO-Fx R2	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENEO-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A94A1005	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/22	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R2	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96720888	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/22	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R2	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96720889	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/22	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96954245	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/22	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951323	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/22	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO GL1 R2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1300	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	97020346	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/22	1月	12/13	
		第3撮影室	単純撮影（骨一般）	富士フイルム	DR BENEO-Fx R3	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENEO-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A94A1001	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/23	1月	12/14	
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R3	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96720880	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/23	1月	12/14	
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R3	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96720881	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/23	1月	12/14	
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96954236	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/23	1月	12/14	
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951313	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/23	1月	12/14	
				富士フイルム	CALNEO GL1 R3	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1300	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	97020343	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	12/23	1月	12/14	
		画像処理室	ドライイメージャ	富士フイルム	DRYPIX7000	富士メディカルドライレーザーイメージャ DRYPIX7000	70036000	画像診断用イメージャ	57133989	2006.4.1	自主点検	石橋	3月	3/20	3月		自主点検
			シャウカステン	オリオン・ラドセーフメディカル	ORS-H211Y	NEO80シャウカステン	36488000	モーターなし画像診断用観察装置	S060209-10	2006.4.1	自主点検	石橋	3月	3/20	3月		自主点検
		第7撮影室	頭部領域撮影	島津製作所	RADspeed Pro R7	診断用X線装置 RADspeed Pro	:	据置型デジタル式汎用X線診断装置	41F1363B2011	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	9月, 3月	9/28,3/24	9月, 3月	9/21	9月はコニカと点検、3月は島津のみ
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1717HD 全2 R7	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CF-05290	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	3月	9/28	3月	9/21	
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1717HD 全3 R7	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CF-05291	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	3月	9/28	3月	9/21	
				コニカミノルタ	CS-7H R7	画像診断ワークステーション CS-7	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	ACEF-00081	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	3月	9/28	3月	9/21	
				コニカミノルタ	KINOSIS 1	画像診断ワークステーション コニカミノルタ DI-X1	40935000	X線画像診断装置ワークステーション	ACDV-00055	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	3月	9/28	3月	9/21	
				コニカミノルタ	KINOSIS 2	画像診断ワークステーション コニカミノルタ DI-X1	40935000	X線画像診断装置ワークステーション	ACDV-00056	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	3月	9/28	3月	9/21	
				モリタ製作所	ベラビュー X800 R7	ベラビュー X800	70006000	アーム型X線CT診断装置	X811T000144	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	3月	3/17	3月		
				モリタ製作所	アイエックス R7	アイエックス	37667000	デジタル式口外汎用歯科X線診断装置	V580K000415	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	3月	3/17	3月		
				モリタ製作所	ディゴラ オプティメⅡ R7	ディゴラ オプティメⅡ	70023000	コンピューテッドラジオグラフ	SJ2054491	2021.3.08	定期点検（年1回）	石橋	3月	3/17	3月		
			移動型撮影（ポータブル）	コニカミノルタ	CS-7 Portable R7	画像診断ワークステーション CS-7	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	A4TF-51998	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	3月	11/28	3月		
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1717HD 全4 R7	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CF-05299	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	3月	11/28	3月		
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四7 R7	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05153	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	3月	11/28	3月		
		第8撮影室	単純撮影（胸腹部）	富士フイルム	DR BENEO-Fx R8	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENEO-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A949B002	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	1/6	12月		
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R8	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96620855	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	1/6	12月		
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R8	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96620856	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	1/6	12月		
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 R8	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96854149	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	1/6	12月		
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 R8	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951291	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	12月	1/6	12月		
		第9撮影室	単純撮影（胸腹部）	富士フイルム	DR BENEO-Fx R9	診断用X線装置 FUJIFILM DR BENEO-FX	37645010	据置型デジタル式汎用X線診断装置	MP95A949C002	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/10	1月		
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Table R9	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96620858	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/10	1月		
				富士フイルム	CALNEO HC SQ / Stand R9	富士フイルム DR-ID 900	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96620859	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/10	1月		
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 R9	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96954225	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/10	1月		
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 R9	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951302	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/10	1月		
		第11撮影室	泌尿器科透視	日立製作所	DHF-15SHⅡ	医用X線高電圧装置 DHF-15SHⅢ（D）	37604010	据置型診断用X線発生装置	KC18642504	2006.3.29	スポット点検	石橋	12月	2/10	12月		スポット点検保守部品保有期間終了
				日立製作所	DR-2000F	日立フラットパネルデジタルラジオグラフィ装置 DR-2000F	70025000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	KC18622602	2006.3.29	スポット点検	石橋	12月	2/10	12月		スポット点検保守部品保有期間終了
		救急外来	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara F1号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GBZ0005317	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 F1	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	76951660	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 F1	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	76950441	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/13	
		ポータブル保管庫	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	シリウス130HP 9号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SX12529101	2011.1.21	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/30	1月		
	4階	NICU/GCU	移動型撮影（ポータブル）	島津製作所	MobileDart K3号機	回診用X線撮影装置 MobileDaRt Evolution	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	MQ00018B2006	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月, 3月	9/28,3/17	9月, 3月	9/21	9月はコニカと点検、3月は島津のみ
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四5 K3	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05151	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	9/28	2月	9/21	
	5階	手術室	移動型透視（ミニCアーム）	ガデリウス・メディカル	OrthoScan TAU1515	オーソスキャンFD	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	5P0300	2021.2.19	定期点検（年1回）	石橋	3月	1/23	3月		
5			移動型透視（Cアーム）	GEヘルスケア	OEC 9900 Elite	OEC 9900 シリーズ	37646010	移動型デジタル式汎用X線透視診断装置	ES-2861	201310	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/30	1月		
			移動型透視（Cアーム）	フィリップス・ジャパン	Veradius Unity 11号機	ベラディウス	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	504	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	10月	10/3	10月	10/3	
			移動型透視（Cアーム）	フィリップス・ジャパン	Zenition 13号機	Zenition	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	383	2020.3.24	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/16	1月		
			移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara-k K1号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10054017	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	10月	10/19	10月	9/21	
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半1 K1	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-00368	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	10月	10/19	10月	9/21	
				コニカミノルタ	AeroDR 1012HQ 四1 K1	デジタルラジオグラフィ― AeroDR SYSTEM	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A5TD-51940	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	10月	10/19	10月	9/21	
			画像読取装置	富士フイルム	FCR XG-1 RU	富士コンピューテッドラジオグラフィ CR-IR 346 型	70023000	コンピューテッドラジオグラフ	56934946	2005.12.25	定期点検（年2回）	石橋	2月	-	-		修理不能・保守部品保有期間終了
			画像処理コンソール	富士フイルム	CR-Console Lite	-	-	-	57022786	2006.4.1	点検なし	石橋	-	-	-		保守部品保有期間終了
			ドライイメージャ	富士フイルム	DRYPIX4000	富士メディカルドライレーザーイメージャ DRYPIX4000	70036000	画像診断用イメージャ	66122092	2006.1	自主点検	石橋	3月	3/20	3月		自主点検
		第5手術室	OPE室MRI	日立製作所	APERTO OR5	日立MRイメージング装置 Apertoシリーズ	37652000	永久磁石式全身用MR装置	N1N015-NP34-1	2006.3.10	定期点検（年3回）	石橋	7月, 11月, 3月	6/25,12/10,2/25	7月, 11月, 3月	7/15,11/18	
	6階	GHCU	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara F2号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GBZ0005417	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 F2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	76951661	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/13	
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 F2	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	76950442	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/13	
		EMICU	移動型撮影（ポータブル）	富士フイルム	CALNEO AQRO	富士フイルム DR-XD 1000	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	96650845	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/14	
				富士フイルム	CALNEO Smart C47 AQ	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96854150	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/14	
				富士フイルム	CALNEO Smart C12 AQ	デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	96951292	2020.2.27	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/6	1月	12/14	
病棟	2階	ポータブル保管庫	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara-k K5号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10046321	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/28	2月	9/21	
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半3 K5	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-05655	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/28	2月	9/21	
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四2 K5	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05146	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/28	2月	9/21	
			移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara-k K6号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10101020	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/29	2月	9/21	
				~~コニカミノルタ~~	~~AeroDR fine 1417HD 半4 K6~~	~~デジタルラジオグラフィ― SKR 3000~~	~~a2zqeaeceefe~~	~~X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ~~	~~A8CE-05657~~	~~2021.2.27~~	~~定期点検（年1回）~~	石橋	2月	11/29	-	-	廃棄（2023.03.06）
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半4 K6	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-6357	2023.3.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/29	2月	9/21	新規交換機器（申請中）
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四3 K6	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05149	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/29	2月	9/21	
				~~移動型撮影（ポータブル）~~	~~日立製作所~~	~~シリウス130HP 11号機~~	~~インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ~~	~~37626020~~	~~移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置~~	~~SX12575105~~	~~2011.3.3~~	~~定期点検（年1回）~~	石橋	1月	-	-	-	廃棄手続き済み
				移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	シリウス130HP 10号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SX12529102	2011.1.21	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/30	1月		
	3階	3W病棟	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	シリウス130HP 7号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SX12979607	2006.3.30	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/30	1月		
	4階	4W病棟	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	シリウス130HP 5号機	インバータ式コードレス移動型X線装置 シリウス130Hシリーズ	37626020	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	SX12935514	2006.3.30	定期点検（年1回）	石橋	1月	1/30	1月		
				コニカミノルタ	CS-7 Portable Re	画像診断ワークステーション CS-7	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	A4TF-51762	2020.6	定期点検（年1回）	石橋	10月	11/28	10月		今後の使用を検討中により定期点検は見合わせ
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1717HD 全1 Re	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CF-05154	2020.6	定期点検（年1回）	石橋	10月	11/2	10月		今後の使用を検討中により定期点検は見合わせ
中診棟B	4階	SICU	移動型撮影（ポータブル）	日立製作所	Tiara-k K4号機	移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara k	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	GB10079420	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/29	2月	9/21	
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半5 K4	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-05674	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/29	2月	9/21	
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四4 K4	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05150	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	11/29	2月	9/21	
	5階	手術室	移動型撮影（ポータブル）	島津製作所	MobileDart K2号機	回診用X線撮影装置 MobileDaRt Evolution	37647020	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	MQ00018B2005	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	9月, 3月	9/28,3/17	9月, 3月	9/21	9月はコニカと点検、3月は島津のみ
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1417HD 半2 K2	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CE-05675	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	9/28	2月	9/21	
				コニカミノルタ	AeroDR fine 1012HD 四6 K2	デジタルラジオグラフィ― SKR 3000	70026000	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	A8CG-05152	2021.2.27	定期点検（年1回）	石橋	2月	9/28	2月	9/21	
			移動型透視（Cアーム）	GEヘルスケア	OEC 9800 Plus	シリーズ 9800	37646010	移動型デジタル式汎用X線透視診断装置	82-3636	2005.12	定期点検（年1回）	石橋	1月	2022年度点検未	1月		サービス対応期限（2018年12月末）
			移動型透視（Cアーム）	フィリップス・ジャパン	Veradius Unity 12号機	ベラディウス	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	505	2018.1	定期点検（年1回）	石橋	10月	10/4	10月	10/2	
外来棟	3階	第2手術室	移動型透視（Cアーム）	フィリップス・ジャパン	BV Libra 4号機	モバイルCアームシステム BV リブラ	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	332	2005.3	定期点検（年1回）	石橋	1月	-	1月		保守サービス終了(2022)

2023年度 放射線関連医療機器保守点検記録一覧（2/3）

2023年12月末日現在

画像診断Ⅱ部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	保守の内容	責任者	2022年度計画	2022年度実施日	2023年度計画	2023年度実施日	その他
中診棟A	1階	第4撮影室	乳房撮影	富士フイルム	AMULET Innovality R4	デジタル式乳房用X線診断装置 FDR MS-3500	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	46220101	2014.3.30	定期点検（年2回）	阿知波	9月, 3月	9/20,3/14	9/12	9/12	
			乳房生検	ホロジックジャパン	Affirm R4	乳腺バイオプシー装置 Affirm Prone Biopsy System	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	APB1100914	2021.3	定期点検（年2回）	阿知波	8月, 3月	8/30 ,2/13	8/21	8/21	
				デヴィコアメディカル	マンモトームリボルブシステム	マンモトーム リボルブ システム	70457000	吸引式組織生検用針向け装置	MSCM1002225	2021.3	定期点検（年1回）	阿知波	3月	2/13			
				オリオン電機	マンモシャウカテン	マンモシャウカテン（4M42型）	36488000	モーターなし画像診断用観察装置	CO60217-01	2006.3.30	自主点検（年1回）	阿知波	9月	9/1	9/12	9/12	
		第5撮影室	超音波検査	日立製作所	Ascendus R5	デジタル超音波診断装置 HI VISION Ascendus	40761000	汎用超音波画像診断装置	KE10928301	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	3月	1/23			
		第6撮影室	超音波検査	日立製作所	Ascendus R6	デジタル超音波診断装置 HI VISION Ascendus	40761000	汎用超音波画像診断装置	KE10928305	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	3月	1/24			
			乳房撮影	フィリップス・ジャパン	マイクロドーズマンモグラフィ SI R6	Philips マイクロドーズマンモグラフィ	37672000	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	900058-10	2014.3.30	定期点検（年2回）	阿知波	8月, 2月	8/8-9,2/6-7	8月. 2月	8/7-8,2/5-6	
		第4撮影室	乳房検査読影システム	クライムメディカルシステムズ	mammary R4	画像診断ワークステーションCIF-392	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	CIF392A40372	2022.04.01	定期点検（年1回）	阿知波	3月	2/27			20220401更新
		第5撮影室	乳房検査読影システム	クライムメディカルシステムズ	mammary R5	画像診断ワークステーションCIF-391 Infinet	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	6XRTP02	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	3月	2/27			
		第6撮影室	乳房検査読影システム	クライムメディカルシステムズ	mammary R6	画像診断ワークステーションCIF-391 Infinet	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	H1RSC02	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	3月	2/27			
		放射線科医局	乳房検査読影システム	クライムメディカルシステムズ	mammary 放射線科	画像診断ワークステーションCIF-391 Infinet	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	40XRP02	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	3月	故障	保証期間	保証期間	20230925更新
		第一外科医局	乳房検査読影システム	クライムメディカルシステムズ	mammary 第一外科	画像診断ワークステーションCIF-391 Infinet	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	60XPRP02	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	3月	2/27			
		サーバー室	乳房検査読影システム	クライムメディカルシステムズ	mammary サーバー	画像診断ワークステーションCIF-392	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	F1Z0WM3	2022.04.01	定期点検（年1回）	阿知波	3月	2/27			20220401更新
		第10撮影室	骨密度測定（腰椎、大腿骨、全身）	東洋メディック	骨密度測定装置 Discovery A R15	Discovery X線骨密度測定装置	37661020	二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置	87864	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	3月	3/20	3月		20220915から第10撮影室に移設・使用開始
		第12撮影室	一般造影（消化管、肝・胆・膵等）	日立製作所	CUREVISTA R12	汎用X線透視診断装置 CUREVISTA	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	GE00174119	2019.9.27	定期点検（年4回）	阿知波	6月, 9月, 12月, 3月	6/28,9/13,12/27,3/14	6月, 9月, 12月, 3月	6/6,9/12,12/26	
		第13撮影室	一般造影（消化管、肝・胆・膵等）	キヤノンメディカルシステムズ	Ultimax-i DREX-UI80/09 R13	多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	09B1782007	2017.8.20	定期点検（年2回）	阿知波	7月, 1月	7/14,1/17	7月, 1月	7/11,1/16	
		第14撮影室	一般造影（消化管、肝・胆・膵等）	島津製作所	SONIALVISION G4 R14	X線テレビシステム SONIALVISION G4	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	41C350797004	2019.9.27	定期点検（年2回）	阿知波	9月, 3月	9/29,3/7	9月, 3月	9/7	
		第16撮影室	一般造影（消化管、肝・胆・膵等）	キヤノンメディカルシステムズ	Ultimax-i DREX-UI80/05 R16	多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	05C1242304	2012.4.27	定期点検（年2回）	阿知波	7月, 1月	7/26,1/24	7月, 1月	7/25,1/30	
		器材室1	一般造影検査寝剤用エコー	富士フイルム	SonoSite iViz	SonoSite iViz シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	Q4ZQNH	2019.2.8	自主点検（年1回）	阿知波	9月	9/1	9/12	9/12	
			一般造影検査寝剤用エコー	富士フイルム	SonoSite SⅡ	SonoSite SII シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	04LXYP	2019.8.29	自主点検（年1回）	阿知波	9月	9/1	9/12	9/12	
			一般造影検査寝剤用エコー	日立製作所	ARIETTA 60	超音波診断装置 ARIETTA 60	40761000	汎用超音波画像診断装置	G3021185	2019.9.2	自主点検（年1回）	阿知波	9月	9/1	9/12	9/12	
		第17撮影室	CT検査（単純・造影・3D等）	シーメンスヘルスケア	SOMATOM Definition Flash R17	SOMATOM デフィニション フラッシュ	37618010	全身用X線CT診断装置	73868	2014.3.30	定期点検（年2回）	阿知波	7月, 1月	7/11, 1/30	7月, 1月	7/3	
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R17	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA00667	2014.2.14	定期点検（年1回）	阿知波	7月	7/11	7月	7/3	
		第18撮影室	CT検査（単純・造影・3D等）	キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion One Vision R18	CTスキャナ Aquilion One TSX-301C	37618010	全身用X線CT診断装置	3AA13Z2016	2014.3.30	定期点検（年4回）	阿知波	4月, 7月, 10月, 1月	4/16, 7/13, 10/3, 1/18	4月, 7月, 10月, 1月	4/17, 7/12,10/18	
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R18	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA00663	2014.01.17	定期点検（年1回）	阿知波	7月	7/13	7月	7/12	
		第19撮影室	CT検査（単純・造影・3D等）	キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion Precision R19	CTスキャナ Aquilion Precision TSX-304A	37618010	全身用X線CT診断装置	1AC19X2015	2019.11.13	定期点検（年2回）	阿知波	9月, 2月	9/9, 2/16	9月, 2月	9/8	
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R19	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40561	2019.10.29	定期点検（年1回）	阿知波	2月	2/16	2月		
		サーバー室	CT検査（3D）	ザイオソフト	ザイオステーション PLUS Type H	ザイオステーション2 PLUS	70030000	汎用画像診断装置ワークステーション	ZP140161A	2014.3.27	定期点検（年1回）	阿知波	4月	4/19	4月	7/14	
				富士フイルム	SYNAPSE VINSENT サーバー	富士画像診断ワークステーション FN-7941型	70030000	汎用画像診断ワークステーション	37221656	2014.1.31	定期点検（年1回）	阿知波	2月	3/27	2月		
		第20撮影室	IVR-CT	キヤノンメディカルシステムズ	Alphenix INFX-8000C R20	X線循環器診断システム Infinix Celeve-i INFX-8000C	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	HHA19Y2001	2019.12	定期点検（年2回）	阿知波	6/13, 12/12	6/13,12/12	6/12,12/11(予定)	6/12,12/11	
				キヤノンメディカルシステムズ	Aquilion One R20	CTスキャナ Aquilion ONE TSX-305A	37618010	全身用X線CT診断装置	5WC19Y2135	2019.12	定期点検（年2回）	阿知波	6/13, 12/12	6/13,12/12	6/12,12/11(予定)	6/12,12/11	
				根本杏林堂	PRESS DUO elite R20	造影剤注入装置 PRESS DUO elite	40723000	多相電動式造影剤注入装置	EAA00087G	2019.12.9	定期点検（年1回）	阿知波	12月	12/12	12/11	12/11	
				根本杏林堂	デュアルショット GX7 R20	デュアルショット GX7	40723000	多相電動式造影剤注入装置	KCA40566	2019.12.9	定期点検（年1回）	阿知波	12月	12/12	12/11	12/11	
				富士フイルム	SonoSite SⅡ	SonoSite SII シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	04MCB9	2020.1.6	自主点検（年1回）	阿知波	10月	10月	10月	10/2	自主点検
				日本光電	臨床用ポリグラフ RMC-5000 R20	臨床用ポリグラフ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	00744	2019.12	定期点検（年1回）	阿知波	3月	3/20			
		第21撮影室	IVR-CT	シーメンスヘルスケア	AXIOM Artis Zee TA R21	アーティス zee T	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	147811	2014.3.30	定期点検（年2回）	阿知波	4月, 10月	4/18,11/14	4/17,11/27	4/17,11/27	
				シーメンスヘルスケア	Emotion R21	SOMATOM エモーション 16	37618010	全身用X線CT診断装置	86353	2014.3.30	定期点検（年2回）	阿知波	4月, 10月	4/18,11/14	4/17,11/27	4/17,11/27	
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ AモデルR21	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	290589	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	10月	11/14	11/27	11/27	
				富士フイルム	SonoSite NanoMaxx	SonoSite NanoMaxx シリーズ	40761000	汎用超音波画像診断装置	03VX5R	2014.3.28	自主点検（年1回）	阿知波	10月	10月	10月	10/2	自主点検
				根本杏林堂	オートエンハンス A60 R21	オートエンハンス A60	40723000	多相電動式造影剤注入装置	AC62491	2003.1.27	定期点検（年1回）	阿知波	10月	11/14	11/27	11/27	
		第22撮影室	心カテ	フィリップス・ジャパン	Azurion R22	血管造影X線診断装置 Azurion	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	72222518734843819	2021.03.10	定期点検（年2回）	阿知波	9月, 3月	9/12,3/20	9/11,3/11	9/11	
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ AモデルR22	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	0082	2021.03.10	定期点検（年1回）	阿知波	3月	3/20			
				日本光電	臨床用ポリグラフ RMC-5000 R22	臨床用ポリグラフ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	10039	2021.03.10	定期点検（年1回）	阿知波	3月	3/20			
		第23撮影室	心カテ	島津製作所	Trinias B8 R23	血管撮影システム Trinias	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	41EFFDBA1001	2020.03.02	定期点検（年2回）	阿知波	9月, 3月	9/5,3/6	9/4,3/4	9/4	
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ AモデルR23	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	0061	2020.03.02	定期点検（年1回）	阿知波	3月	3/6			
				GE	LOGIQ Book XP	LOGIQ Book XP	40761000	汎用超音波画像診断装置	PU9002		自主点検（年1回）	阿知波	10月	10月	10月	10/2	11月に故障。ME管理で廃棄。
				日本光電	臨床用ポリグラフ RMC-5000 R23	臨床用ポリグラフ RMC-5000	70052003	心臓カテーテル用検査装置	00445	2018.08	定期点検（年1回）	阿知波	3月	3/6			
		第24撮影室	血管撮影	シーメンスヘルスケア	AXIOM Artis Q twin R24	アーティス Q	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	121026	2014.3.30	定期点検（年3回）	阿知波	7/8, 11/18, 3/17	7/8,11/11,3/17	7/7, 11/24, 3/8(予定)	7/7, 11/24	7/7,11/12(予定)
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ AモデルR24	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	280568	2014.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	3月	11/11	11/24	11/24	
				フィリップス・ジャパン	Volcano R24	ボルケーノ s5 イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	052-09127-001		スポット点検	阿知波	1月	11/11	12/8	12/8	保守部品保有期間終了（2019年7月末）
		倉庫3	血管撮影検査用エコー	日立製作所	ARIETTA 70	超音波診断装置 ARIETTA 70	40761000	汎用超音波画像診断装置	G3020002	2020.3.10	自主点検（年1回）	阿知波	10月	10月	10月	10/2	自主点検
			血管撮影検査寝剤用エコー	日立製作所	PROSOUND α7	超音波診断装置 PROSOUND α7	40761000	汎用超音波画像診断装置	X0091806		自主点検（年1回）	阿知波	10月	10月	10月	10/2	自主点検
	5階	第1手術室	Hybrid ORシステム	フィリップス・ジャパン	Allura Clarity FD20 OR1	インテグリス アルーラ フラットディテクター	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	150	2014.5	定期点検（年2回）	阿知波	9月, 3月	9/16,3/10	9/15	9/15	
				Dvx	ACISTインジェクションシステム OR1	ACIST インジェクションシステム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	EP0016047	2014.5	定期点検（年1回）	阿知波	9月	9/16	9/15	9/15	
				MEDRAD	Provis MarkV OR1	メドラッド マークVプロビス インジェクター	40723000	多相電動式造影剤注入装置	102497/27307	2006.3.30	定期点検（年1回）	阿知波	9月	9/16	9/15	9/15	
				フィリップス・ジャパン	Volcano OR1	ボルケーノ s5 イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	1023-20406-001	2014.5	スポット点検	阿知波	1月	11/11	12/8	12/8	保守部品保有期間終了（2019年7月末）
中診棟B	2階	透視室1（光学診療部）	一般造影	キヤノンメディカルシステムズ	Ultimax DREX-UI80/09 ED1	多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i DREX-UI80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	09B17X2008	2018.1	定期点検（年2回）	阿知波	9月, 3月	9/27,3/16	9月, 3月	9/26	
		透視室2（光学診療部）	一般造影	キヤノンメディカルシステムズ	ZEXIRA DREX-ZX80/P7 ED2	デジタルX線TVシステム ZEXIRA DREX-ZX80	37679010	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	P7B17Y2006	2018.1	定期点検（年2回）	阿知波	9月, 3月	9/27,3/14	9月, 3月	9/26	
	5階	第21手術室	移動型Ｘ線透視・撮影 Oarm	Medtronic	O-arm 2 OR21	O-arm イメージングシステム（タイプ2）	37646020	移動型デジタル式汎用一体型Ｘ線透視診断装置	C2575	2021.3	定期点検（年1回）	阿知波	2月	3/9	9月, 3月	9/15	
		第23手術室	Hybrid ORシステム	フィリップス・ジャパン	AlluraClarityFD20 OR23	インテグリス アルーラ フラットディテクター	37623000	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	202	2018.1	定期点検（年2回）	阿知波	4月, 10月	4/15,11/11	4/14,12/8	4/14,12/8	
				フィリップス・ジャパン	Volcano OR23	s5ix イメージング システム	40763000	循環器用超音波画像診断装置	070-08169-001	2018.1	スポット点検	阿知波	1月	11/11	12/8	12/8	保守部品保有期間終了（2019年7月末）
				SHEEN MAN	ゾーンマスター ネオ ZモデルOR23	ゾーンマスター ネオ	40723000	多相電動式造影剤注入装置	1535/923	2018.1	定期点検（年1回）	阿知波	10月	11/11	12/8	12/8	

2023年度 放射線関連医療機器保守点検記録一覧（3/3）

2023年12月末日現在

ＭＲＩ検査部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2022年度計画	2022年度実施日	2023年度計画	2023年度実施日	その他
中診棟A	2階	第1ＭＲ室	MRI検査	キヤノンメディカルシステムズ	Vantage Centurian/ZGO R1	MR装置 Vantage Galan 3T MRT-3020	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	J9C1992005	2019.10	定期点検（年2回）	河村	9/8PM, 3月	9/8,3/9	9/7,3/7	9/7	
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R1	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	40263	2006.9.30	スポット点検	河村	未定	3/9	3/7		
		第2ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Avato fit R2	MAGNETOM アバント	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	169933	2021.3.19	定期点検（年4回）	河村	/13, 9/9AM, 12/12, 3/1	6/13,9/9,12/12,3/13	6/12, 9/11, 12/11, 3/11	6/12,9/11,12/11	
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R2	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	40377	2006.9.30	スポット点検	河村	未定	9/8	9/11	9/11	
		第3ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Prisma fit R3	MAGNETOM プリマ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	167054	2018.3.30	定期点検（年4回）	河村	4/14, 7/14, 10/13, 1/1	4/14,7/14,10/13,1/12	4/13, 7/13, 10/12, 1/11	4/13,7/13,10/12	
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R3	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	40374	2006.9.30	スポット点検	河村	未定	9/8	10/12	10/12	
		第4ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Skyra fit R4	MAGNETOM スカイラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	170096	2021.1.13	定期点検（年4回）	河村	/26, 9/9PM, 11/24, 2/1	5/26,9/9,11/24,2/16	5/25, 8/24, 11/30, 2/22	5/25,8/24,11/30	
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R4	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	40548	2006.9.30	スポット点検	河村	未定	9/8	9/11	9/11	
		第5ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Aera R5	MAGNETOM アエラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	52035	2012.3.30	定期点検（年4回）	河村	4/27, 7/27, 10/26, 1/25	4/27,7/27,10/26, 1/25	4/26, 7/26, 10/25, 1/24	4/26,7/26,10/25	
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R5	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	47481	2012.3.30	スポット点検	河村	未定	9/8	9/28	9/28	
		第6ＭＲ室	MRI検査	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Skyra R6	MAGNETOM スカイラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	45247	2012.3.30	定期点検（年4回）	河村	/23, 9/8PM, 12/22, 3/2	6/23,9/8,12/22,3/23	6/22, 9/28, 12/28, 3/28	9/28	2023年度より年2回に変更
				バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP R6	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	47458	2012.3.30	スポット点検	河村	未定	9/8	9/28	9/28	

核医学検査部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2022年度計画	2022年度実施日	2023年度計画	2023年度実施日	その他
中診棟A	地下1階	検査室1	陽電子断層撮影（PET/CT）	シーメンスヘルスケア	biograph Horizon 3R R1	バイオグラフ ホライゾン	70010010	X線CT組み合わせ型ポジトロンCT装置	94530	2018.3	定期点検（年2回）	山下	6月, 12月	6/28,12/20	6月, 12月	6/27,12/19	
		検査室2	陽電子断層撮影（PET/CT）	シーメンスヘルスケア	biograph Horizon 4R R2	バイオグラフ ホライゾン	70010010	X線CT組み合わせ型ポジトロンCT装置	153563	2021.03	定期点検（年2回）	山下	8月, 2月	8/8,2/15	8月, 2月	8/2	
		検査室3	アイソトープ検査（SPECT/CT）	シーメンスヘルスケア	Symbia T6 R3	シンビアT6	70010020	X線CT組み合わせ型SPECT装置	1175	2012.3.30	定期点検（年2回）	山下	7月, 1月	7/7,1/26	7月, 1月	7/6	
		検査室4	アイソトープ検査（SPECT/CT）	シーメンスヘルスケア	Symbia T R4	シンビアT	70010020	X線CT組み合わせ型SPECT装置	1300	2012.3.30	定期点検（年2回）	山下	8月, 2月	8/2,2/28	8月, 2月	8/22	
		検査室5	アイソトープ検査（ガンマカメラ）	シーメンスヘルスケア	Symbia Evo Excel R5	シンビア Evo Excel	40642000	核医学診断用検出器回転型SPECT装置	1403	2019.11	定期点検（年2回）	山下	4月, 10月	4/25,10/18	4月, 10月	4/18,10/17	
		検査室7	甲状腺摂取率測定	安西メディカル	AZ800	甲状腺摂取率測定装置 AZ-800	70008000	RI動態機能検査装置	303102	2006.9.30	自主点検（年1回）	山下	4月	4/13	4月	4/10	
			~~甲状腺摂取率測定~~	~~安西メディカル~~	~~AZ800-C2T~~	~~甲状腺摂取率測定装置 AZ-800-C2T~~	~~70008000~~	~~RI動態機能検査装置~~	~~609104~~	~~2006.9.30~~	~~自主点検（年1回）~~	~~山下~~	-	-	-	-	現在不使用
			アイソトープ検査（試料測定）	日立製作所	ガンマシステム ARC7001	アキュフレックスガンマ7001	34567000	イムノアッセイ用シンチレーションカウンタ	N00135	2006.9.30	定期点検（年1回）	山下	3月	2/13	3月	11/6	
		サイクロトロン室	陽電子核種生成	住友重機械工業	CYPRIS HM-18	-	-	-		2007.3	定期点検（年2回）	山下	6月, 12月	6/8-20,12/7-19	6月, 12月	6/7-6/19,12/6-18	

放射線治療部門

棟	フロア	撮影室	検査内容	メーカー	放射線部管理名称	販売名	JMDN	一般的名称	シリアル番号	導入年月日	点検種類	責任者	2022年度計画	2022年度実施日	2023年度計画	2023年度実施日	その他
中診棟A	地下1階	~~第1放射線治療室~~	~~放射線治療（外照射）~~	~~バリアンメディカルシステムズ~~	~~Clinac21EX-A1~~	~~CLINAC 21EX 医療用リニアック~~	~~35159000~~	~~線形加速器システム~~	~~H273124~~	~~2006.3~~	~~定期点検（年4回）~~	森	5月, 8月, 11月, 3月	5/17-18,8/15-17,11/14-15,2/21	-	-	2023年度より閉鎖
		第2放射線治療室	放射線治療（外照射）	バリアンメディカルシステムズ	ClinaciX A2	CLINAC iX 医療用リニアック	35159000	線形加速器システム	H294832	2010.8.16	定期点検（年4回）	森	4月, 7月, 10月, 2月	4/25-26,7/25-26,10/26-28,1/30-31	4月, 7月, 10月, 2月	4/24.25,7/26-27,10/23-24	
			X線透視撮影	プレインラボ	Exactrac X-ray	エグザクトラック	35294000	放射線治療シミュレータ	5126510001	2010.8.16	スポット点検	森	8月	8/22	8月	8/23	
		操作室	放射線治療計画	バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 1	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48A652	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	6月, 1月	7/25,1/30	7月, 2月	7/26	
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 2	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48A653	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	6月, 1月	7/25,1/30	7月, 2月	7/26	
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 3	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48A654	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	6月, 1月	7/25,1/30	7月, 2月	7/26	
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 4	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H48B001	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	6月, 1月	7/25,1/30	7月, 2月	7/26	
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 5	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H480873	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	6月, 12月	5/17,11/15	4月, 10月	4/24,10/23	
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 6	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H480874	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	6月, 12月	5/17,11/15	4月, 10月	4/24,10/23	
				バリアンメディカルシステムズ	ECLIPSE 7	放射線治療計画用ソフトウェア Eclipse	40887003	放射線治療計画プログラム	H484195	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	6月, 12月	5/17,11/15	4月, 10月	4/24,10/23	
			放射線治療統合システム	バリアンメディカルシステムズ	ARIA	画像照合用ソフトウェア ARIA Offline Review	70030012	汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム	HIT3379	2016.5.4	定期点検（年2回）	森	4月, 10月	4/25-26,10/26	4月, 10月	4/2410/23	
			一般撮影、治療位置確認	ケアストリームヘルス	ダイレクトビュー Elite CR	ダイレクトビュー Elite CR システム	70023000	コンピューテッドラジオグラフ	K16-5871	2012.3.28	定期点検（年1回）	森	10月	10/19	12月	12/27	
		CTシミュレーション室	治療計画用CT	シーメンスヘルスケア	SOMATOM Confidence RT A	SOMATOM コンフィデンス	37618010	全身用X線CT診断装置	100041	2018.1	定期点検（年2回）	森	6月, 12月	6/15,12/2	6月, 12月	6/22,12/26	
			造影剤注入装置	根本杏林堂	オートエンハンス A800 B	オートエンハンス A800	40723000	多相電動式造影剤注入装置	JCA00407	2017.11.10	定期点検（年1回）	森	12月	12/2	12月	12/26	
中診棟B	地下1階	第3放射線治療室	放射線治療(腔内照射)	千代田テクノル	フレキシトロンHDR B3	フレキシトロンHDR	38300003	非中心循環系アフターローディング式プラキセラピー装置	FT00653	2021.3	定期点検（年1回）	森	12月	12/20-21	12月	12/20	
			X線透視撮影	シーメンスヘルスケア	Cios Flow B3	シオス フェージョン	37646020	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	82110	2022.2	定期点検（年1回）	森	11月	11/16	11月	調製中	運用開始202202
			放射線治療計画	エレクタ	Oncentra Brachy v4.6 server	放射線治療計画プログラム Oncentra Brachy	40887003	放射線治療計画プログラム	JPH049C9Y5	2021.3	定期点検（年1回）	森	12月	12/20-21	12月	12/20	
				エレクタ	Oncentra Brachy v4.6 client	放射線治療計画プログラム Oncentra Brachy	40887003	放射線治療計画プログラム	JPH049CRG6	2021.3	定期点検（年1回）	森	12月	12/20-21	12月	12/20	
			治療計画用CT	シーメンスヘルスケア	SOMATOM Confidence 20 B3	SOMATOM コンフィデンス	37618010	全身用X線CT診断装置	100504	2022.1	定期点検（年2回）	森	6月, 12月	6/30,12/2	6/6,11/30	6/6,11/30	運用開始202201
		第4放射線治療室		アキュレイ	ラディザクト B4	ラディザクト	18054000	定位放射線治療用加速器システム	4010525	2022.2	定期点検（年4回）	森	5月, 8月, 11月, 2月	5/13. 7/20,9/10,1/21-22,3/13	5月, 7月, 9月, 11月,1月, 3月	5/15,7/12,9/15-16,11/14	運用開始202202
		第5放射線治療室	CyberKnife	アキュレイ	CyberKnife M6 B5	サイバーナイフ M6シリーズ	18054000	定位放射線治療用加速器システム	C0426	2018.1	定期点検（年4回）	森	6月, 9月, 12月, 3月	6/10-11,9/29,12/23-24,3/3-4	6月, 9月, 12月, 3月	6/16-17,9/15-16,12/15-16	
		治療計画室B	放射線治療計画	アキュレイ	Precision 1	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	10Q7X1-00020	2018.1	定期点検（年4回）	森	6月, 9月, 12月, 3月	6/10-11,9/29,12/23-24,3/3-4	6月, 9月, 12月, 3月	6/16-17,9/15-16,12/16	
				アキュレイ	Precision 2	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	10Q8X1-00098	2018.1	定期点検（年4回）	森	6月, 9月, 12月, 3月	6/10-11,9/29,12/23-24,3/3-4	6月, 9月, 12月, 3月	6/16-17,9/15-16,12/16	
		操作室	放射線治療計画	アキュレイ	Precision 3	Accuray Precision 治療計画システム	40887003	放射線治療計画プログラム	10Q7X1-00287	2018.1	定期点検（年4回）	森	6月, 9月, 12月, 3月	6/10-11,9/29,12/23-24,3/3-4	6月, 9月, 12月, 3月	6/16-17,9/15-16,12/16	
		放射線治療MRI室	治療計画用MRI	シーメンスヘルスケア	MAGNETOM Skyra RT B	MAGNETOM スカイラ	37654000	超電導磁石式全身用MR装置	145378	2018.1	定期点検（年4回）	森	5月, 8月, 11月, 2月	5/23,8/15,11/21,2/20	5月, 8月, 11月, 2月	5/15,8/21,11/27	
			造影剤注入装置	バイエル薬品	スペクトリス ソラリス EP B	スペクトリス ソラリス インジェクション システム	40723000	多相電動式造影剤注入装置	202538	2018.1	定期点検（年1回）	森	5月	5/23	5月	5/15	
		診療処置室	膀胱内尿量測定用エコー	ジェイ・シー・ティ	BioCon-700	キュープスキャン BioCon-700	70013000	膀胱用超音波画像診断装置	2210K90003	2017.12.28	自主点検（年1回）	森	3月	3/24	3月		
病棟	3階（3E）	小手術兼撮影室	X線透視撮影	島津製作所	AUD150G	診断用X線高電圧装置 AUD150G	-	-	024663	1999.4	定期点検（年1回）	森	8月	8/25	8月	9/21	
			密封小線源治療用エコー	日立製作所	ARIETTA 70 3E	超音波診断装置 ARIETTA 70	40761000	汎用超音波画像診断装置	G3010120	2020.3.3	自主点検（年1回）	森	3月	2/7	3月		

名古屋大学医学部附属病院放射線部